



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

IP Oficiul National al Viei si Vinului
Prozorovski Adrian Telefonul de contact 078800641E-mail aprozorovski@wineofmoldova.com
ocds-b3wdp1-MD-1571148558867 din 25.10.2019

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	38000000-5	Centrifugă de laborator pentru biologie moleculară	K2015R	Marea Britanie	Centurion	Cerințe tehnice minime: Viteză: 500-15.000 rpm (pași de 1 rpm) Rcf Max: 22.000 G;Cronometru: 0-9999 Mins & Hold (pași de 1 sec) Dims: HWD 315 x 450 x 635mm Greutate 62 Kg (fără rotor) Putere 690 W Memorie: 108 programe Accel: rate 10 programe Decel: evaluează 10 programe Temp: -9 ° C până la + 40 °	Cerințe tehnice minime: Viteză: 500-15.000 rpm (pași de 1 rpm) Rcf Max: 22.000 G;Cronometru: 0-9999 Mins & Hold (pași de 1 sec) Dims: HWD 315 x 450 x 635mm Greutate 62 Kg (fără rotor) Putere 690 W Memorie: 108 programe Accel: rate 10 programe Decel: evaluează 10 programe Temp: -9 ° C până la + 40 ° C PID Controlat la + / - 1 ° C., Centurion K2015R"	ISO, CE Marca
2.2	38000000-5	Rotor, capacitate 24x1.5-2.2 ml	BRK5424	Marea Britanie	Centurion	Cerințe tehnice minime: Capacitate minimă: 24 x 1,5-2,2 ml; Tip rotor: 24 x 2 ml; Dimensiunea tubului maxim: 11 x 50 mm; Viteza minimă Rpm: 500; Viteza maximă de rotație: 15.000; Ref maxim (G): 22.000; Radius max cms: 8,5; Unghiul probei (*): 45; Timp de accelerare (secunde): 25; Deceleration time (secs): 25;	Cerințe tehnice minime: Capacitate minimă: 24 x 1,5-2,2 ml; Tip rotor: 24 x 2 ml; Dimensiunea tubului maxim: 11 x 50 mm; Viteza minimă Rpm: 500; Viteza maximă de rotație: 15.000; Ref maxim (G): 22.000; Radius max cms: 8,5; Unghiul probei (*): 45; Timp de accelerare (secunde): 25; Deceleration time (secs): 25; Autoclavabil : 121 °C (10) sau echivalent „ Rotor BRK5424”.	ISO, CE Marca
2.3	38000000-5	Microtitor Placă Rotor 4 x Standard sau2 x plăci înalte	BRK5540	Marea Britanie	Centurion	Cerințe tehnice minime: Găleți: se completează cu găleți Sigilat: Capacele disponibile cu Rotor: tip 4 x plăci STD Dimensiunea tubului: max 85mm x 128mm Viteza minima rotație: 500 rpm Viteza maximă rotație: 3500 rpm Maxim: Rcf (G) 2500 Radius max cms: 14 Unghiul tubului de eșantion (*): 0 ° C (10) Timp de accelerare (secunde): 30 Timp de decelerare (secunde): 30 Autoclavabil (frecvență): 121 ° C (20)	Cerințe tehnice minime: Găleți: se completează cu găleți Sigilat: Capacele disponibile cu Rotor: tip 4 x plăci STD Dimensiunea tubului: max 85mm x 128mm Viteza minima rotație: 500 rpm Viteza maximă rotație: 3500 rpm Maxim: Rcf (G) 2500 Radius max cms: 14 Unghiul tubului de eșantion (*): 0 ° C (10) Timp de accelerare (secunde): 30 Timp de decelerare (secunde): 30 Autoclavabil (frecvență): 121 ° C (20), Rotor BRK5540”.	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	38000000-5	Centrifugă de laborator pentru biologie moleculară	Buc	1	48,900.0000	58,680.0000	48,900.00	58,680.00	Pana la 30 zile calendaristice de la semnarea contractului
2.2	38000000-5	Rotor, capacitate 24x1.5-2.2 ml	Buc	1	6,750.0000	8,100.0000	6,750.00	8,100.00	Pana la 30 zile calendaristice de la semnarea contractului
2.3	38000000-5	Microtitor Placă Rotor 4 x Standard sau2 x plăci înalte	Buc	1	18,900.0000	22,680.0000	18,900.00	22,680.00	Pana la 30 zile calendaristice de la semnarea contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							74,550.00	89,460.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie sa prezinte Autorizatie pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu