

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

ul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1725978718385 /21276116 din 16.10.2024							Alternativa nr.:
Denumirea procedurii de achiziție:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 22)							Pagina: 1 din 1
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	Centrifuga DM0424 + Rotor A24-15P (Cat.nr.19400101) +Adaptor A15P22 (Cat.nr.19500021)	CHINA	DLAB	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametru Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) DM 0424 + Rotor A24-15P +Adaptor A15P22 - Catalog-paj.96,97; Cod 150920 Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate Parametru , Specifica: User Manual pag.5, 6; Viteza de rotație: Minimală- 500 rpm Maximală, rpm ≥ 4000 - User manual pag.5 Setarea vitezei - (500-4000 rpm), step: 100 rpm - Capacitatea Tipul tuburilor : 50 ml x4 ; 15 ml x24 Numărul de tuburi- 24 unitati TimerDiapazon minim de timp - ≥ 99 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea,Blocarea capacului în timpul lucrului:- Da (lacat electronic care se blocheaza odata cu inceperea regimului de lucru ; la finisarea regimului de lucru se aude signalul sonor si capacul se deschide automat) Indicatori vizual și acusti- Da Debalansare - Da - Centrifuga dispune de 4 picioruse de silicon care se lipeesc de suprafata mesei pe care este amplasata, ceea ce nu permite debalansarea si vibrarea Aceasta centrifuga are o functie de autodiagnosticare.Daca apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu Litera E si operatorul poate determina o defectiune dupa codul de avertizare aparut - User manual pag 25,tabel 11.1 Pornire/oprire Da - User Manual paj. 19 ; User Manual figura 7.1 pag.12 Capac deschis Da - User Manual paj. 19 Display Digital Da - User Manual paj. 12, 21 Nivelul de zgomot ≤ 62 dBA Fereastra necesare pentru efectuarea procedurilor de verificare periodica, conform normelor si		Declarația de Conformitate CE pentru echipament electronic; ISO; CE

Nume: Varman Irina În calitate de: Director ____ semnat electronic
Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6
semnat electron