

Numărul licitației: 21010549				Data: 05.08.2019					
Denumirea licitației: Achiziționarea termostatelor(cu verificarea metrologică)							Pagina 1 din 1		
Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Model ul articol u- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință	
1	33100000-1	Termostat TC-1/80 CIIY (echivalent)	TCO - 1/80 SPU	Rusia	Smolenskaia SCTB SPU	Conform cerințelor tehnice in costul ofertei sa fie incluse cheltuieli pentnru transportarea, montarea si reglarea utilajului.	<p>Termostat TC-1/80 CIIY - 80r Cod 250320</p> <p>Descriere Acest grup de produse include dispozitivele care produc încălzire și răcorire pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Dispozitivele incluse aici sunt autonome, cu camere pentru păstrarea mostrelor; unele testează nu numai acizi nucleari.</p> <p>Parametru Specificație Descriere Termostat utilizat în laborator Capacitate 80 l ± 5 l Domeniul de temperatură programabil 37 - 42 grade Rezoluția de programare ≤ 1 grad Afișaj grafic Control Microprocesor Alimentarea 220 V, 50 Hz Construcția interioară din oțel inox Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 220V, 50 Hz</p>	ISO TU 9452-002-00141798-97	
		Total:							

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

In calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**

Valabilitatea ofertei: 30 zile

05.08.2019