

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: <u>21004937</u> din <u>11.03.2019</u>				
Denumirea licitației: <u>Servicii de deservire și întreținere a dispozitivelor medicale</u>				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
50421000-2	Dispozitiv pentru anestezie Mindray Wato -ex-65	– Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivelor și regimurilor de afișare; – Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FiO₂; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului ernetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de semnalizare(alarmelor, simulare lor); – Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea verificarii integrității a vaporizatoarelor; – Efectuarea verificarii funcționalității și stării bareriei/acumulatorului; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O₂, presiune, etc.; – Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG,SpO₂,NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.	– Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivelor și regimurilor de afișare; – Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FiO₂; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului ernetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de semnalizare(alarmelor, simulare lor); – Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea verificarii integrității a vaporizatoarelor; – Efectuarea verificarii funcționalității și stării bareriei/acumulatorului; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O₂, presiune, etc.; – Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG,SpO₂,NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract	ISO/CE

50421000-2	Dispozitiv pentru anestezie Datex Ohmeda	– Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivelor și regimurilor de afișare; – Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FiO₂; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului ernetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de semnalizare(alarmelor, simulare lor); – Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea verificarii integrității a vaporizatoarelor; – Efectuarea verificarii funcționalității și stării bareriei/acumulatorului; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O₂, presiune, etc.; – Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG,SpO₂,NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.	– Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivelor și regimurilor de afișare; – Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FiO₂; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului ernetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de semnalizare(alarmelor, simulare lor); – Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea verificarii integrității a vaporizatoarelor; – Efectuarea verificarii funcționalității și stării bareriei/acumulatorului; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O₂, presiune, etc.; – Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG,SpO₂,NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.	ISO/CE
50421000-2	Dispozitiv pentru anestezie Datex Engstrom	– Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivelor și regimurilor de afișare; – Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FiO₂; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului ernetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de	– Efectuarea controlului funcționării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcționării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcționării și stării butoanelor de control, dispozitivelor și regimurilor de afișare; – Efectuarea controlului funcționării a sistemului de apreciere a FiO₂; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului ernetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcționării regimurilor de	ISO/CE

		semnalizare(alarmelor, simulare lor); – Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea verificarii integrității a vaporizatoarelor; – Efectuarea verificarii funcționalității și stării bareriei/acumulatorului; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; – Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG,SpO2,NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.	semnalizare(alarmelor, simulare lor); – Efectuarea controlului vizual al integrității tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea verificarii integrității a vaporizatoarelor; – Efectuarea verificarii funcționalității și stării bareriei/acumulatorului; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; – Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG,SpO2,NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract.	
--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: **Prodan Sveatoslav**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ÎM „Dutchmed-M” SRL**

Adresa: **bd. Decebal 76, of. 807/808, mun.Chişinău**