

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|                       |                                                                                                                                                                                           |                               |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Numărul licitației:   | LP nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1719409302958</u>                                                                                                                                                | Data: „ <u>16” iulie 2024</u> | Alternativa nr.: <u>Nu se oferă</u> |
| Denumirea licitației: | <u>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat 2)</u> | Lot: <u>67</u>                | Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>       |

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumire Lot                                                      | Denumirea poziției                                                | Modelul articolului                                                      | Țara de origine | Produce-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                      | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                            | Nr de înregistrare AMDM/ Standarde de Referință |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1          | 2       |                                                                   |                                                                   | 3                                                                        | 4               | 5               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                               |
| 33100000-1 | 67      | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | 910004 Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Italia          | MIR S.R.L.      | 1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie<br>2. Dimensiuni:<br>Diametru interior – 30,5 mm<br>Diametru exterior – 33.3mm, Lungime – 41.5mm<br>3. Destinat pentru adulți<br>4. Compatibil cu spirometre MIR<br>5. De unică folosință<br>Se vor prezenta mostre pentru verificare. | 1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie<br>2. Dimensiuni:<br>Diametru interior – 30,5 mm<br>Diametru exterior – 33.3mm, Lungime – 41.5mm<br>3. Destinat pentru adulți<br>4. Compatibil cu spirometre MIR<br>5. De unică folosință | Numărul de înregistrare AMDM<br>DM000677535     |

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**

Ofertantul: „**LifeMed Group” SRL** Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**