

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710512748485									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea electrocardiografelor, cu 3 canale									
Autoritatea contractantă: IMSP SCM Gheorghe Paladi									
Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
								Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric; Numărul de canale de procesare 3; Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual; Sensivitate. 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 15/5, 20/10 mm/mv; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%, Detector de pacemaker da; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da; Imprimantă Termică încorporată; Mărimea hîrtiei 80mm Să se indice numele derivației printate da ; Viteza de înscriere 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezol. verticală) și 40 dpi/mm (rezol. orizontală) la viteza de 25 mm/s, Derivațiile înscrise minim 12; Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da, Display Grafic da; TFT LCD color "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da, Marime ecran 5 inch; Rezoluție display 800x480; Numărul de derivații afișate simultan: pînă la 12, Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea, Ajustarea automată a izoliniei da;	

33100000-1	1.	Electrocardiograf	Electrocardiograf	iE300	China	BIOCARE	Conform descrierii din Anexa nr.1 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea, Ajustarea automată a izoliniei da; Identif. aritmiei da, Ritmului cardiac Diap. 30-300 BPM, Acuratețea±1BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220V, 50Hz, Baterie internă reîncărcabilă da; Timp operare autonomă 3 h, Protecție defibrilator ≥ 400 J da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da, status sistem da, deconectare alimentare rețea da, baterie descărcată da Accesorii: Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru Gama de frecvență De diagnostic 0.05-250 Hz Filtru muscular 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz Filtru frecvență joasă 0.01, 0.02, 0.05, 0.35, 0.5, 0.8Hz Filtru frecvență înaltă 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz Filtru de rețea 50/60Hz Impend. de intrare≥ 50MOhm; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz >115 dB Convertor analog-digital 24 bit ; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA; Detector de pacemaker da; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da; Imprimantă Termică încorporată; Mărimea hîrtiei 80mm Să se indice numele derivației printate da ; Viteza de înscriere 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezol. verticală) și 40 dpi/mm (rezol. orizontală) la viteza de 25 mm/s, Derivațiile înscrise minim 12; Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da, Display Grafic da; TFT LCD color Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da, Marime ecran 5 inch; Rezoluția 800x480pix Numărul de derivații afișate simultan: 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (LAN) da	CE,ISO,Declaratie de conformitate
------------	----	-------------------	-------------------	-------	-------	---------	--	-----------------------------------

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova