



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA**  
**INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ**  
**POLICLINICA STOMATOLOGICĂ REPUBLICANĂ**  
MD-2012 mun. CHIȘINĂU, str. VLAICU PÎRCĂLAB, 17  
Tel. +373 22 222 229, Tel/fax +373 22 226 905  
e-mail: [repubdent@ms.md](mailto:repubdent@ms.md), [imsppsr@gmail.com](mailto:imsppsr@gmail.com)

---

Nr. 01/185 din 22.07.2026

**SRI Vivodent Dental Market**  
**SRL Prodent Com**  
**SA Tehoptimed**  
**SRL QUALITY MEDICAL DEVICES**

IMSP Policlinica Stomatologică Republicană vă informează despre rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1753946430644 cu privire la achiziționarea instrumentarului stomatologic.

În temeiul prevederilor pct. 51 din Regulamentul cu privire la achizițiile de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022, Grupul de lucru pentru achiziții publice partea medicală a decis de a respinge ofertele operatorilor economici, ofertele cărora nu corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă, după cum urmează:

**1) CS Vivodent SRL:**

- nr. 16 - colba nu se fixează stabil pe suprafață;
- nr. 22 – vârful la clește este prea gros;
- nr. 53 – depășește cu mult suma estimativă a achiziției.

**2) SRL Prodent-Com:**

- nr. 6 – mostra prezentată mai mult lustruiește, decât șlefuieste.
- nr. 7 – s-a solicitat perie cu mâner cafeniu, dar s-a propus cu mâner verde;
- lotul nr. 41 – bunul propus nu este compatibilă cu coferdamul din cadrul instituției.

**3) SA Tehoptimed:**

- nr. 8 – mostra prezentată nu poate fi utilizată în stomatologie;
- nr. 13 – nu a fost prezentată mostra solicitată.
- nr. 45 – fuloarul dentar prezentat ca mostră are un capăt strâmb, ce duce la incomoditatea folosirii acestuia.
- nr. 48 – mostra a fost prezentată după termenul limită stabilit.

**4) SRL QUALITY MEDICAL DEVICES** pentru următoarele loturi 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 40, 41, 43, deoarece nu au fost prezentate mostrele solicitate.

Totodată, se anulează procedura de atribuire a contractului pentru lotul nr. 51, deoarece nu a fost depusă nici o ofertă și loturile nr. 8, 9, 16, 22, 53, deoarece nici o ofertă nu corespunde cerințelor solicitate.

**Președintele Grupului de  
lucru pentru achiziții publice  
partea medicală**

**Maria DULGHER**

*Irina Chiroșca,  
022-22-22-29,  
069974446*