

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1756899569335 din 17 octombrie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
4	Tensiometru electronic automat Adult	buc	100	532,00	638,40	53200,00	63840,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
8	Stetofonendoscop	buc	65	182,00	218,40	11830,00	14196,00		
9	Refractometru pentru copii	buc	1	97600,00	117120,00	97600,00	117120,00		
10	Pneutonometru	buc	1	130900,00	157080,00	130900,00	157080,00		
11	Set de lentile oftalmologice	buc	1	12800,00	15360,00	12800,00	15360,00		
12	Lentila GOLDMANN 90D	buc	4	2100,00	2520,00	8400,00	10080,00		
13	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	buc	2	73500,00	88200,00	147000,00	176400,00		
21	Refractometru (170400)	buc	1	74800,00	89760,00	74800,00	89760,00		
	TOTAL					536530,00	643836,00		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1756899569335 din 17 octombrie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
4	Tensiometru electronic automat Adult	U81Q	China	SHENZHEN URION TECHNOLOGY CO., LTD.	Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompă electrică integrată manșetă tonometrul și manșeta separată tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonoră Alimentare baterii alcaline incluse, + sursa de alimentare de la rețea ~230V Accesorii manșetă pentru adulți, minim 25cm-maxim 45cm - 3 buc	Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompă electrică integrată manșetă tonometrul și manșeta separată tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonoră Alimentare baterii alcaline incluse, + sursa de alimentare de la rețea ~230V Accesorii manșetă pentru adulți, minim 25cm-maxim 45cm - 3 buc	În proces de înregistrare
8	Stetofonendoscop	MC-410	China	WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Descriere stetofonendoscop: Stetofonendoscopul este un dispozitiv medical pentru ascultarea terapeutică profesională a organelor interne pentru detectarea zgomotelor. Utilizare: Pentru examinarea adulților și copiilor. Capsulă și arc: Din metal Diametru mare: 40-45 mm Diametru mic: 30-35 mm Lungimea tubului: 55-65 cm Tub: Din PVC, dublu, în formă de Y	Descriere stetofonendoscop: Stetofonendoscopul este un dispozitiv medical pentru ascultarea terapeutică profesională a organelor interne pentru detectarea zgomotelor. Utilizare: Pentru examinarea adulților și copiilor. Capsulă și arc: Din metal Diametru mare: 40-45 mm Diametru mic: 30-35 mm Lungimea tubului: 55-65 cm Tub: Din PVC, dublu, în formă de Y	DM000367293
9	Refractometru pentru copii	SW-800	China	SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD	Refractometru pentru copii Parametru: Specificație Interval de măsurare: -7.00 - +5.00 dpt, increment maxim 0.25 dpt Mărimea pupilei: 4.0 - 9.0 mm, increment maxim 0.1 mm Timp de achiziție: Dinamic, maxim 1 s Distanța de măsurare: 95 - 105 cm Operare ecran LCD tactil: Capacitiv, 4 - 6 inch Masă: 800 - 1000 g Interfață de comunicare: USB, (W)LAN Sursa de alimentare: Baterie reîncărcabilă, adaptor rețea 230Vca	Refractometru pentru copii Parametru: Specificație Interval de măsurare: -7.00 - +5.00 dpt, increment maxim 0.25 dpt Mărimea pupilei: 4.0 - 9.0 mm, increment maxim 0.1 mm Timp de achiziție: Dinamic, maxim 1 s Distanța de măsurare: 95 - 105 cm Operare ecran LCD tactil: Capacitiv, 4 - 6 inch Masă: 800 - 1000 g Interfață de comunicare: USB, (W)LAN Sursa de alimentare: Baterie reîncărcabilă, adaptor rețea 230Vca	În proces de înregistrare

10	Pneutonometru	SK-5000B	China	SHANG HAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD	Descriere: Pneutonometru este un tonometru pneumatic care măsoară presiunea intraoculară non-contact printr-un jet de aer lejer. Parametru: Specificație Interval de măsurare: 0-60 mmHg (± 10 mmHg) Mod de măsurare: SPC30 sau echivalent, SPC60 sau echivalent, 30 sau echivalent, 60 sau echivalent Acuratețe: Maxim 3 mmHg Distanța de lucru: 10-15 mm Sursa de aer: Compresor intern sau sistem cu aer comprimat integrat Presiune de aer ajustabilă: Obligatoriu Sistem de aliniere: Automată Corecție automată a poziției capului pacientului: Obligatoriu Detectare ochi: Automată Imprimantă termică: Obligatoriu Alimentare: 220 V, 50 Hz Accesorii <i>Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.</i> Hârtie imprimantă: 5 bucăți, indicați modelul oferit	Descriere: Pneutonometru este un tonometru pneumatic care măsoară presiunea intraoculară non-contact printr-un jet de aer lejer. Parametru: Specificație Interval de măsurare: 0-60 mmHg (± 10 mmHg) Mod de măsurare: SPC30 sau echivalent, SPC60 sau echivalent, 30 sau echivalent, 60 sau echivalent Acuratețe: Maxim 3 mmHg Distanța de lucru: 10-15 mm Sursa de aer: Compresor intern sau sistem cu aer comprimat integrat Presiune de aer ajustabilă: Obligatoriu Sistem de aliniere: Automată Corecție automată a poziției capului pacientului: Obligatoriu Detectare ochi: Automată Imprimantă termică: Obligatoriu Alimentare: 220 V, 50 Hz Accesorii Hârtie imprimantă: 5 bucăți, DA, conform broșurii	În proces de înregistrare
11	Set de lentile oftalmologice	266L B	China	SHANG HAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD	Set de lentile oftalmologice Descriere: Trusa pentru alegerea (prescrierea) ochelarilor cuprinde lentilele în rame cu diametru diferit. Parametru: Specificație Număr elemente: Minim 240 Sferă (perechi concave și convexe): 0,25D - 6,0D în pas de 0,25 6,50D - 10,0D în pas de 0,5 11,0D - 15,0D în pas de 1,0 16,0D - 20,0D în pas de 2,0 Cilindru (perechi concave și convexe): 0,25D - 4,0D în pas de 0,25 4,5D - 6,0D în pas de 0,5 Prisme: 0,5 (2 bucăți) 1,0 - 10,0 în pas de 1,0 Accesorii <i>Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt</i>	Set de lentile oftalmologice Descriere: Trusa pentru alegerea (prescrierea) ochelarilor cuprinde lentilele în rame cu diametru diferit. Parametru: Specificație Număr elemente: Minim 240 Sferă (perechi concave și convexe): 0,25D - 6,0D în pas de 0,25 6,50D - 10,0D în pas de 0,5 11,0D - 15,0D în pas de 1,0 16,0D - 20,0D în pas de 2,0 Cilindru (perechi concave și convexe): 0,25D - 4,0D în pas de 0,25 4,5D - 6,0D în pas de 0,5 Prisme: 0,5 (2 bucăți) 1,0 - 10,0 în pas de 1,0 Accesorii RF, GF, BL, PL (2 bucăți), MR (2 bucăți), FL, CL (2	În proces de înregistrare

					<i>obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.</i> RF, GF, BL, PL (2 bucăți), MR (2 bucăți), FL, CL (2 bucăți), PH (2 bucăți), SS, PF Cross cilindru: x0.25, x0.50 Geantă de transport	bucăți), PH (2 bucăți), SS, PF Cross cilindru: x0.25, x0.50 Geantă de transport - DA	
12	Lentila GOLDMANN 90D	90D	China	SHANG HAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD	Lentila GOLDMANN 90D Descriere: Examinarea fundului de ochi (retina, papila nervului optic, coroida). Parametru: Specificație Dioptrii: 90D Unghi de vizualizare: 60°-70° Mărire efectivă: 0,76-1x Focalizare: Convex-concavă Diametru lentilă: 12-14 mm (zonă optică clară) Sticlă optică medicală: Rezistentă la sterilizare și dezinfectare	Lentila GOLDMANN 90D Descriere: Examinarea fundului de ochi (retina, papila nervului optic, coroida). Parametru: Specificație Dioptrii: 90D Unghi de vizualizare: 60°-70° Mărire efectivă: 0,76-1x Focalizare: Convex-concavă Diametru lentilă: 12-14 mm (zonă optică clară) Sticlă optică medicală: Rezistentă la sterilizare și dezinfectare	În proces de înregistrare
13	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	i6	China	AMBULANC (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD.	Descriere: Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate. Parametru: Specificație Defibrilator: Selectarea energiei: Adult 50-360 J bifazic; 2-20 J pediatric/nou-născut Controlul padelelor: Setarea energiei: Obligatoriu Încărcare: Obligatoriu Descărcarea energiei: Obligatoriu Forma de undă la ieșire: Bifazică Sincronizator: Obligatoriu Regim de operare: Defibrilare manuală: Obligatoriu Defibrilare automată (AED): Obligatoriu Monitor funcții vitale (ECG): Obligatoriu Cardiostimulare externă (pacemaker): Obligatoriu Display: Mărimea display: ≥ 6 inch TFT LCD color, LED, obligatoriu Rezoluția: ≥ 640 x 480 pixeli Afișarea derivațiilor bipolare: I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor: Obligatoriu Afișarea ritmului cardiac: Obligatoriu Alarmer ale ritmului cardiac: Obligatoriu Frecvența de lucru: Diapazon minim 0.05-100 Hz Modul ECG: Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi: Obligatoriu	Descriere: Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate. Parametru: Specificație Defibrilator: Selectarea energiei: Adult 50-360 J bifazic; 2-20 J pediatric/nou-născut Controlul padelelor: Setarea energiei: Da Încărcare: Da Descărcarea energiei: Da Forma de undă la ieșire: Bifazică Sincronizator: Obligatoriu Regim de operare: Defibrilare manuală: Da Defibrilare automată (AED): Da Monitor funcții vitale (ECG): Da Cardiostimulare externă (pacemaker): Da Display: Mărimea display: ≥ 6 inch TFT LCD color, LED, Da Rezoluția: ≥ 640 x 480 pixeli Afișarea derivațiilor bipolare: I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor: Da Afișarea ritmului cardiac: Da Alarmer ale ritmului cardiac: Da Frecvența de lucru: Diapazon minim 0.05-100 Hz Modul ECG: Captarea semnalului ECG prin fir cu 5	În proces de înregistrare

				Diapazon: Minim 30-300 BPM Acuratețe: ± 1 BPM Depistare pacemaker: Obligatoriu Protecție împotriva șocurilor de defibrilare: ≥ 360 J Mesaje de alarmă: HR, Asistolă, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker): Pacemaker: Obligatoriu Modul de stimulare cu rată fixă: Obligatoriu Modul de stimulare demand: Obligatoriu Rata de stimulare: Diapazon minim 30-200 BPM, ± 1 BPM Curentul de ieșire: Diapazon minim 1-200 mA Rezoluția, curent de ieșire: 1 mA Lățimea pulsului: 5-40 msec Durata puls: >20 ms Imprimantă pentru ECG: Viteza hârtiei: Minim 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată: Obligatoriu Printare: Auto sau manuală Adnotări: Ora: Obligatoriu Data: Obligatoriu Derivația: Obligatoriu Ritm cardiac: Obligatoriu Modul de operare: Obligatoriu Forma unde descărcate: Obligatoriu Funcția sumară: Obligatoriu Memorie: Memorie internă sau posibilitatea de instalare a cartelei de memorie: Obligatoriu Informația stocată: ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare: ≥ 3 ore Alimentare: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz, obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă: Obligatoriu Timp de lucru baterie: ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări Greutate: < 8 kg Accesorii: <i>Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.</i> Padele: Adult, reutilizabile: 1 set (codul produsului oferit) Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare	electrozi: Obligatoriu Diapazon: Minim 30-300 BPM Acuratețe: ± 1 BPM Depistare pacemaker: Da Protecție împotriva șocurilor de defibrilare: ≥ 360 J Mesaje de alarmă: HR, Asistolă, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker): Pacemaker: Da Modul de stimulare cu rată fixă: Da Modul de stimulare demand: Da Rata de stimulare: Diapazon minim 30-200 BPM, ± 1 BPM Curentul de ieșire: Diapazon minim 1-200 mA Rezoluția, curent de ieșire: 1 mA Lățimea pulsului: 5-40 msec Durata puls: >20 ms Imprimantă pentru ECG: Viteza hârtiei: Minim 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată: Da Printare: Auto sau manuală Adnotări: Ora: Da Data: Da Derivația: Da Ritm cardiac: Da Modul de operare: Da Forma unde descărcate: Da Funcția sumară: Da Memorie: Memorie internă sau posibilitatea de instalare a cartelei de memorie: Da Informația stocată: ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare: ≥ 3 ore Alimentare: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz, Da Baterie internă reîncărcabilă: Obligatoriu Timp de lucru baterie: ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări Greutate: < 8 kg Padele: Adult, reutilizabile: 1 set Padele: Pediatrice, reutilizabile 1 set Pedală pentru copii și maturi 2.210.00008 Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 1 set 5.000.01114 Electrozi pacemaker: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 1 set DA, conform broșurii Cablul ECG: Reutilizabil, 3 fire: 1 buc. 5.000.01056 5.000.01063; 5.000.01029; 5.000.01023; 5.000.01068 5.000.01042 – la alegerea beneficiarului.	
--	--	--	--	---	---	--

					pediatrice): 1 set (codul produsului oferit) Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 1 set (codul produsului oferit) Electrozi pacemaker: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 1 set (codul produsului oferit) Cablu ECG: Reutilizabil, 3 fire: 1 buc. (codul produsului oferit) Electrozi ECG: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 100 buc. (codul produsului oferit) Hârtie termică: 5 buc. (codul produsului oferit) Gel de contact: 250 ml (codul produsului oferit) Troleu: Da (indicați modelul)	Electrozi ECG: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 100 buc. 5.000.00999 Hârtie termică: 5 buc. 5.000.00193 Gel de contact: 250 ml DA Troleu: Da 5.001.00141	
21	Refractometru (170400)	FKR-710	China	SHANG HAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO., LTD	Autorefractometru Cod 170400 Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm diapazon minim 0, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa diapazon minim 0-180° (pasul 1°) Distanța pupilară, mm diapazon minim 10 - 85 (pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2 Display LCD Printer Obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz	Autorefractometru Cod 170400 Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm diapazon minim 0, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa diapazon minim 0-180° (pasul 1°) Distanța pupilară, mm diapazon minim 10 - 85 (pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2 Display LCD Printer Obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz	În proces de înregistrare

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia