

Specificatii Tehnice (F4.1)

Institutul Neurologie și Neurochirurgie

Numărul COP-lui : 21035413					Data: 01.02.21 - 04.02.2021		Alternativa nr.
Denumirea COP-lui: Reagenți, Reactive și Consumabile pentru Laborator (conform specificației atașate)					Lot:		Pagina 1 din 1
Cod CPV	Descrierea bunurilor si /sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	3,7	8
33600000-6	CRP latex	CRP Latex	M.Britanie	Prestige	CRP latex	CRP VISILATEX cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile(ambalaj 1set-100 teste)	ISO, CE
33600000-6	RF latex	RF Latex	M.Britanie	Prestige	RF latex	RF VISILATEX cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile(ambalaj 1set-100 teste)	ISO, CE
33600000-6	ASO	ASO Latex	M.Britanie	Prestige	ASO	ASO VISILATEX cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile(ambalaj 1set-100 teste)	ISO, CE
33600000-6	HBsAg	WB-1296	China	Wantai	HBsAg	Set penru determinarea HBsAg, 96 teste <i>Înregistrat în Republica Moldova</i>	ISO, CE
33600000-6	Anticorpi Anti HCV	WB-1296	China	Wantai	Anticorpi Anti HCV	Anticorpi Anti HCV sumar, 96 teste <i>Înregistrat în Republica Moldova</i>	ISO, CE
33600000-6	Timp de Protrombina mono ISI nu mai mic de 1.1	PT Lichid	Italia	BEN	1fl x 10ml	Timp de Protrombina mono ISI nu mai mic de 1.1 - sub formă de suspenzie (lichid incolor, ușor opalescent), gata pentru lucru.	ISO, CE
33600000-6	Plasmă de control patologic (nivel jos) Protrombin	Coag. Abnormal Control	Italia	BEN	1fl x 1ml	Plasmă de control patologic (nivel jos) Protrombin. Flacoane cu volumul de 1 ml.	ISO, CE
33600000-6	Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin	Coagulation Normal Control	Italia	BEN	1fl x 1ml	Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin. Flacoane cu volumul de 1 ml.	ISO, CE
33600000-6	Calibrator	Coag. Calibrator	Italia	BEN	Certificat de calitate	Calibrator. Flacoane cu volumul de 1 ml.	ISO, CE
33600000-6	Fibrinogen Clauss	Fibrinogen Clauss	Italia	BEN	Certificat de calitate	Fibrinogen Clauss	ISO, CE

Semnat : _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostics SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Miorita, 5