

Anexa 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate, Model:MYS-5410NE, Meyosis, Turcia

Parametri solicitati	Parametri oferiti
• Min. 4 secțiuni, • mobil, • acționat electric cu min. 4 motoare pentru acționarea înălțimii, spătarului, secțiunii coapse, secțiune gambe, Trendelenburg și Antitrendelenburg, • comandă CPR se realizeaza automat, în caz de urgență, la apăsarea butonului de CPR de pe telecomanda asistentei. • Doua panouri de comandă cu opțiuni de blocare pentru pacient, pentru toate funcțiile patului, sunt situate pe exteriorul a doua laterale anticadere și la tablia de la secțiunea picioare, • Prevazut cu telecomandă cu fir pentru reglarea tuturor funcțiilor de către pacient, • Dotat cu baterie pentru funcționare și în timpul întreruperilor de curent, • Platforma salteii și sasiul de jos a patului acoperite cu o protecție din ABS. • Tabliile realizate din material plastic ABS și pot fi îndepărtate cu ușurință. • Laterale compuse din patru piese, se deschid și închid ușor cu zavoarele situate în partea de jos. Realizate din material plastic ABS. • Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat în oricare din cele 4 colturi ale patului și agățătoare pentru pungă cu urină, • 4 roți cu rotație de 360°, acoperite cu ABS, proprietăți antistatice, cu pedala pentru frână centrală și blocare direcție, • 4 amortizoare din PVC la cele 4 colturi ale patului, pentru absorbirea impactelor, • Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea în câmp electrostatic, • Suport pentru filme radiologice, • Sarcina minimă încărcare pacient: min. 180 kg, • Dimensiuni pat aproximativ: - Latime min. 1000 mm; - Lungime: min. 2100 mm; - Înălțime: min. 500 – 800 mm; • Dimensiuni saltea compatibil cu marimile patului oferit; - Saltea din spumă poliuretan acoperită cu husă impermeabilă cu posibilitatea de schimbare (prezenta fermoarului) • Alimentare 220 -230 V 50 Hz	• Min. 4 secțiuni, • mobil, • acționat electric cu 4 motoare pentru acționarea înălțimii, spătarului, secțiunii coapse, secțiune gambe, Trendelenburg și Antitrendelenburg, • comandă CPR se realizeaza automat, în caz de urgență, la apăsarea butonului de CPR de pe telecomanda asistentei. • Doua panouri de comandă cu opțiuni de blocare pentru pacient, pentru toate funcțiile patului, sunt situate pe exteriorul a doua laterale anticadere și la tablia de la secțiunea picioare, • Prevazut cu telecomandă cu fir pentru reglarea tuturor funcțiilor de către pacient, • Dotat cu baterie pentru funcționare și în timpul întreruperilor de curent, • Platforma salteii și sasiul de jos a patului acoperite cu o protecție din ABS. • Tabliile realizate din material plastic ABS și pot fi îndepărtate cu ușurință. • Laterale compuse din patru piese, se deschid și închid ușor cu zavoarele situate în partea de jos. Realizate din material plastic ABS. • Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat în oricare din cele 4 colturi ale patului și agățătoare pentru pungă cu urină, • 4 roți cu rotație de 360°, acoperite cu ABS, proprietăți antistatice, cu pedala pentru frână centrală și blocare direcție, • 4 amortizoare din PVC la cele 4 colturi ale patului, pentru absorbirea impactelor, • Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea în câmp electrostatic, • Suport pentru filme radiologice, • Sarcina minimă încărcare pacient: max. 250 kg, • Dimensiuni pat aproximativ: - Latime 1070 mm; - Lungime: min. 2120 mm; - Înălțime: min. 415– 775 mm; • Dimensiuni saltea compatibil cu marimile patului oferit; - Saltea din spumă poliuretan acoperită cu husă impermeabilă cu posibilitatea de schimbare (prezenta fermoarului) • Alimentare 220 -230 V 50 Hz



MYS-5410NE
ICU BED WITH 4 MOTORS



MEYOSIS HASTANE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş.

Headquarters: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd N:137/1 Çelik
Plaza Kat:4 Ataşehir – İstanbul

T:+902165746738 F:+902165746739

Manufacturing: Devekaldırım Caddesi No :10 Bağcılar – İstanbul

www.meyosis.com

PRODUCT:

TRADE MARK : MEYOSIS
MODEL : MYS-5410NE
NAME : ICU HOSPITAL BED WITH 4 MOTORS



1. TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- a.** Backrest, leg rest, auto contour, height (up - down), Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions are controlled by 4 DC motors.
- b.** Positions are controlled by “Hand Remote Control”.
- c.** Angle indicator on each side rail of the bed.
- d.** Head and foot boards are made of PP plastic and easily clearable. These parts can also be assembled and disassembled easily.
- e.** 4 pieces of restraint strap holder (2 pieces on each side).
- f.** Lying surface consists of 4 pieces easily clearable ABS plastic.
- g.** 4 pieces folding side rails are made of PP plastic and have release system assisted by gas spring.
- h.** Automatic back sliding and leg sliding functions are available in the bed.
- j.** Metal chassis is epoxy polyester electrostatic painted and covered with ABS plastic.
- k.** Bumpers are located at each corner of the bed to protect the bed against crushes.
- l.** Accessory sockets are located at each corner of the bed for IV poles or traction sets.
- m.** One adjustable IV pole is provided with the bed.
- n.** There are drainage bag holders at both sides of the bed.
- o.** Mattress is waterproof and zippered.
- p.** 125mm 360° swivel wheels with cross brake system.

2. DIMENSIONS:

- Full Length: 212,5 cm
- Full Width: 107 cm
- Minimum Height: 41,5 cm
- Maximum Height: 77,5 cm
- Mattress Length : 190 cm
- Mattress Width : 90 cm
- Weight Capacity: 250 kg



3. OPERATING ANGLES:

- Back Movement: 0°-70°
- Leg Movement: 0°-30°
- Vascular Position
- Knee Movement
- Hight Adjustment
- Trandelenburg & Reverse Trandelenburg 0°-17°
- Cardiac Position



4. MATTRESS:

- Waterproof and zipped cover,
- CNC cut,
- Adaptable to all movements
- **28 kg/m³** density foam
- 90 cm x 190 cm x 11 cm (h)



MYS-100S Mattress is included to all Meyosis Hospital Beds.

5. CONTROLS:

- Backrest, legrest, automatic contour and height (up - down), Trendelenburg, reverse Trendelenburg and CPR positions can be adjusted electronically by the help of the keys on **hand remote control and Nurse Control Panel, by foot end.**



EC DECLARATION OF CONFORMITY AB UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer/İmalatçı: MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:128/1 Kandış İ.M.- Ataşehir, İstanbul, TURKEY / TÜRKİYE

Tel: (+90) 216 574 67 38 info@meyosis.com www.meyosis.com

Factory/Fabrika: 75. Yıl Caddesi No:110/2 Hadımköy, İstanbul, TURKEY / TÜRKİYE

Product Scope / Ürün Kapsamı: HOSPITAL EQUIPMENT / HASTANE EKİPMANLARI

Products / Ürünler: It is listed in the appendix of this document / Bu belgenin ekinde listelenmiştir

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Manufacturer. We hereby declare that the medical device(s) specified above meet the provisions of the Regulation (EU) **MDR 2017/745** for medical devices. This declaration is supported by the Quality System approval ISO 13485. All supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer. /

Bu uygunluk beyanı, tamamen Üreticinin sorumluluğunda yayınlanmıştır. Yukarıda belirtilen tıbbi cihaz(lar)ın tıbbi cihazlara ilişkin (AB) MDR 2017/745 tüzüğü'nün hükümlerini karşıladığını beyan ederiz. Bu beyan, Kalite Sistem onayı ISO 13485 tarafından desteklenmektedir. Tüm destekleyici belgeler, üreticinin tesislerinde muhafaza edilmektedir.

Conformity assessment route/ Uygunluk değerlendirme rotası.	Classification/Sınıflandırma:
Annex IV (Annex II & III) / Ek IV (Ek II & III)	Class I product according to Rule 1 of Annex VIII / Ek VIII Kural 1'e göre Sınıf I ürün

Standards/Standartlar:

EN ISO 14971, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, EN 60601-2-52, EN 60601-1, EN 60601-2-38

ON BEHALF OF MANUFACTURER / ÜRETİCİ ADINA

Name/Adı: Mehmet Ögün GEYİK (imza yetkisi- authorized signatory)

Date-Place/Tarih-Yer : 07.12.2021 / İstanbul

Signature/İmza:



MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI
SAN. VE TİC. A.Ş.
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:128
K:1 Kandış S. Merkezi Ataşehir İST.
Kozyatağı V.D. 742 046 2891
Tic. Sic. No 44513-5



Products list / Ürün listesi

Basic/Temel UDI	Product name/ Ürün adı	REF	GMDN
86817195AMLYATYC	OPERATING THEATER TABLE/ AMELİYAT MASASI	MYS-STG	38149
86817195DOGJINX7	DELIVERY CHAIR/ DOĞUM YATAĞI	MYS-923, MYS-723	15732
	GYNECOLOGIC EXAMINATION COUCH/ JİNEKOLOJİK MUAYENE YATAĞI	MYS-724,	36065
86817195KOLTUK5Q	BLOOD DONOR CHAIR/ KAN ALMA KOLTUĞU	MYS-718, MYS-818	10789
	PATIENT TRANSFER CHAIR/ HASTA TRANSFER KOLTUĞU	MYS-1050N	31163
	CHEMOTHERAPY AND SKIN CARE CHAIR/ KEMOTERAPİ VE CİLT BAKIM KOLTUĞU	MYS-931	38447
86817195KRYOLA2DN	2 MOTORS HOSPITAL BED/ İKİ MOTORLU HASTA KARYOLASI	MYS-5210NE, MYS-5200B, MYS-5200BN, MYS-5210N	34870
	2 MOTORS PEDIATRIC HOSPITAL BED/ İKİ MOTORLU PEDIYATRİK KARYOLA	MS-513MN, MYS-520N, MYS-550P	37010
86817195KRYOLA3DQ	3 MOTORS HOSPITAL BED/ ÜÇ MOTORLU HASTA KARYOLASI	MYS-5320NE, MYS-5310B, MYS-5320N, MYS-5320Y, MYS-5330N, MYS-5330NE, MYS-5330Y	34870
	3 MOTORS PEDIATRIC HOSPITAL BED/ ÜÇ MOTORLU PEDIYATRİK KARYOLA	MYS-530N	37010
86817195BEBEKYRX	BABY CRIB / BEBEK KODU	MYS-511N	38140
86817195KRYOLA4DS	4 MOTORS HOSPITAL BED/ DÖRT MOTORLU HASTA KARYOLASI	MYS-5410NE, MYS-5400L, MYS-5410N, MYS-5410Y, MYS-5420N, MYS-5420NE, MYS-5420Y, MYS-5430N, MYS-5510N, MYS-5520N, MYS-5520NE, MYS-5530N, MYS-5535N, MYS-5545NE	34870
	4 MOTORS PEDIATRIC HOSPITAL BED/ DÖRT MOTORLU PEDIYATRİK KARYOLA	MYS-540N	37010
	4 MOTORS BARIATRIC HOSPITAL BED/ DÖRT MOTORLU BARIATRİK KARYOLA	MYS-5510B	35563
86817195KRYOLA5DU	5 MOTORS HOSPITAL BED/ BEŞ MOTORLU HASTA KARYOLASI	MYS-5550NE	34870
86817195KRYOLAHEY	HYDRAULIC HOSPITAL BED/ HİDROLİK HASTA KARYOLASI	MYS-5310G	34871
86817195KRYOLAMFA	MANUAL HOSPITAL BED/ MANUEL HASTA KARYOLASI	MYS-501BN, MYS-502BN, MYS-502N4, MYS-503N, MYS-503N4	34873

	MANUAL PEDIATRIC HOSPITAL BED/ <i>MANUEL PEDİYATRİK KARYOLA</i>	MYS-513N	37010
86817195LAMBAV5	CEILING MOUNTED SURGICAL LIGHT/ <i>AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI</i>	MYS-STE1, MYS-STE2, MYS-STE3	37332
86817195MUAYNM6F	EXAMINATION COUCH/ <i>MUAYENE MASASI</i>	MYS-720, MYS-721, MYS-722	38458
86817195YMKMA52	OVER BED TABLE/ <i>HASTA ÖNÜ YEMEK MASASI</i>	MYS-710, MYS-710T, MYS-710TC, MYS-711	35395
86817195NAKILSXR	STACKABLE PATIENT TRANSPORT CHAIR/ <i>İÇ İÇE GEÇEBİLEN HASTA NAKİL SANDALYESİ</i>	MYS-1050P	41619
86817195NEGATOS5A	NEGATOSCOPE/ <i>NEGATOSKOP</i>	MYS-663N, MYS-664N, MYS-665N, MYS-666N	36488
86817195PROKT4N	PROCTOLOGY TABLE/ <i>PROKTOLOJİ MASASI</i>	MYS-50	38601
86817195SEDEZE	HYDRAULIC STRETCHER/ <i>HİDROLİKLİ SEDYE</i>	MYS-600, MYS-650, MYS-950	60487
	PATIENT TRANSFER STRETCHER/ <i>HASTA TRANSFER SEDYESİ</i>	MYS-800, MYS-850, MYS-850NPT	35892
86817195SRMAS4D	IV STAND/ <i>SERUM ASKISI</i>	MYS-K4061, MYS-K4062	36069
86817195TEKERS3L	WHEELCHAIR/ <i>TEKERLEKLİ SANDALYE</i>	MYS-0801, MYS-0804	41622
		MYS-0805	31162
86817195YATAK3B	ANTIDECUBITUS MATTRESS/ <i>ANTİDEKÜBİTİK HASTA YATAĞI</i>	MYS-100S	47520

*** END OF LIST/ *LİSTENİN SONU****



CERTIFICATE

TÜRCERT Certification Body
with this document.

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:128 D-1 Kandış İş Merkezi Ataşehir / İstanbul

Fabrika: Hadımköy Mah. 75.Yıl Cad. Dış Kapı No:26 D:İŞY2 Arnavutköy / İstanbul

of the manufacturer

«Production, sales and marketing of patient beds and mechanical, hydraulic, electrical, motor, electromechanical, equipped patient beds, technical services»

effective quality management system and
guarantees that you put in to apply.

2021051701QMS with the nr. examination report;

TS EN ISO 9001 : 2015

This certification has been completed according to TURCERT
audit and certification procedures and is valid until surveillance
audit **16.05.2023**

Certificate Registration Nr : 2021051701

Certificate First Issue Date : 17.05.2021

Date of Issue : 09.05.2022

Certificate Validity Date : 16.05.2023



51902430124(QMS)

TÜRCERT TEKNİK KONTROL ve BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Merkez Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:38/44 A Güngören - İstanbul - Turkey
Tel: +90 212 702 40 00 www.turcert.com

Bu belge müşterinin TÜRCERT'in kurallarına ve sözleşme şartlarına uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the rules TÜRCERT procedures and agreements.



CERTIFICATE

TÜRCERT Certification Body
with this document.

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:128 D-1 Kandış İş Merkezi Ataşehir / İstanbul
Fabrika: Hadımköy Mah. 75.Yıl Cad. Dış Kapı No:26 D:İŞY2 Arnavutköy / İstanbul

of the manufacturer

«Production, sales and marketing of patient beds and mechanical,
hydraulic, electrical, motor, electromechanical, equipped patient beds,
technical services»

effective medical devices quality management system
and guarantees that you put in to apply.

2021051702MDQMS with the nr. examination report;

TS EN ISO 13485 : 2016

This certification has been completed according to TURCERT
audit and certification procedures and is valid until surveillance
audit . 16.05.2023

Certificate Registration Nr : 2021051702

Certificate First Issue Date : 17.05.2021

Date of Issue : 09.05.2022

Certificate Validity Date : 16.05.2023



Türccert A.Ş.
Certification on Behalf



51902430608 (MDQMS)

TÜRCERT TEKNİK KONTROL ve BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Merkez Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:38/44 A Güngören - İstanbul - Turkey
Tel: +90 212 702 40 00 www.turcert.com

Bu belge müşterinin TÜRCERT'in kurallarına ve sözleşme şartlarına uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the rules TÜRCERT procedures and agreements.

