

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1582201504217/21020127 din 23.03.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru mentenanța dispozitivelor medicale pentru anul 2020

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produceatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1		Bunuri	3	4	5	6	7	8
33000000-0	51	Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica	2412.115	Germania	Richard Wolf	Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h.	Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h.	CE, ISO
33000000-0	82	Kit de mentenanța 1 an + instalare	701073377 + 701073375 + 701072908 + 701064710 + 701071778 + 701071778	Germania	Gellinge (Maquet)	Pentru dispozitivul Maquet HCU 40. Componenta kit-ului: HCU 40 Valve Kit(Flow & 3-Way), HCU 40 Shunt Valve Ramplacement Kit, HCU 40 Flow Sensor Ramplacement kit main, HCU 40 Flow Sensor ramplacement kit cardio, UV lamp bypass tube, software update release 1.2.3.0. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Pentru dispozitivul Maquet HCU 40. Componenta kit-ului: HCU 40 Valve Kit(Flow & 3-Way), HCU 40 Shunt Valve Ramplacement Kit, HCU 40 Flow Sensor Ramplacement kit main, HCU 40 Flow Sensor ramplacement kit cardio, UV lamp bypass tube, software update release 1.2.3.0. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	CE, ISO

33000000-0	137	Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice	6522747	Germania	Getinge (Maquet)	Pentru masina de Anestezie Maquet, Flow ic20. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Pentru masina de Anestezie Maquet, Flow ic20. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	CE, ISO				
33000000-0	140	Sensor de oxigen	70104.7083	Germania	Getinge (Maquet)	Pentru dispozitivul mixer de gaze Maquet EGB-40, valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.	Pentru dispozitivul mixer de gaze Maquet EGB-40, valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.	CE, ISO				
33000000-0	149	Sticla de protectie	101630012	Germania	Lisa Laser	Sticlă de protecție pentru RevolixDuo (Lisa Laser). Cod de referinta 101630012. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Sticlă de protecție pentru RevolixDuo (Lisa Laser). Cod de referinta 101630012. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	CE, ISO				
33000000-0	159	Ki de mentenanta 1 an + instalare	70104.9130 + 70104.9299 + 70105.1821	Germania	Getinge (Maquet)	Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul	CE, ISO				

330000000-0	161	Cablu interconectare cameră laparoscopică	64300090	Germania	Richard Wolf	Compatibil cül camera R. Wolf Logic HD camera head(8552592x)	Compatibil cül camera R. Wolf Logic HD camera head(8552592x)	CE, ISO
		TOTAL						



Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dan Chereg** În calitate de: **Director Executiv**
 Oferantul: **SRL Bnd Chirurgie**
 Adresa: **str. Meșterii Manole, 9 mun. Chișinău**

Specificații de preț (F.4.2)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1582201504217/21020127</u> din <u>23.03.2020</u>										
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru mentenanța dispozitivelor medicale pentru anul 2020</u>										
Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bunuri								
33000000-0	51	Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica	5	Buc.	13,400.00	16,080.00	67,000.00	80,400.00		
33000000-0	82	Kit de mentenanța 1 an + instalare	2	Buc.	100,000.00	240,000.00	200,000.00	240,000.00		
33000000-0	137	Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anesteziice	7	Buc.	800.00	960.00	5,600.00	6,720.00		
33000000-0	140	Sensor de oxigen	4	Buc.	6,000.00	7,200.00	24,000.00	28,800.00		
33000000-0	149	Sticla de protecție	2	Buc.	10,000.00	12,000.00	20,000.00	24,000.00		
33000000-0	159	Kit de mentenanța 1 an + instalare	1	Buc.	78,000.00	93,600.00	78,000.00	93,600.00		
33000000-0	161	Cablu interconectare cameră laparoscopică	1	Buc.	33,300.00	39,960.00	33,300.00	39,960.00		
		TOTAL					427,900.00	513,480.00		

Semnătură:  Numele, Prenumele: Dan Chereg

În calitate de: Director Executiv

Ofertantul: **SRI Endo-Chirurgie**

Adresa: str. Meșterul Mădole, 9 mun. Chișinău

