

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor medicale necesar urgent pentru 30 zile
prin procedura de achiziție valoare mică

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** instituție medico-sanitară
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):**
urmează a fi inclus în planul de achiziție definitive pentru anul 2023.
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, lei
1	33140000-3	Lot 1 Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	canistre	30	Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet.	10.500,00
2	33140000-3	Lot 2 Electrozi ECG (adulți)	Bucată	6000	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	9.000,00

3	33140000-3	Lot 3 Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	Bucată	5000	Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	55.000,00
4	33140000-3	Lot 4 Lame pentru bisturiu nr.20	Bucată	1000	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	2.000,00
5	33140000-3	Lot 5 Lame pentru bisturiu nr.22	Bucată	2000	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	4.000,00
6	33140000-3	Lot 6 Lame pentru bisturiu nr.23	Bucată	2000	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	4.000,00

7	33140000-3	Lot 7 Lame pentru bisturiu nr. 11	Bucată	2000	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	4.000,00
8	33140000-3	Lot 8 Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C.) 250mmx200m	Bucată	10	rolou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	6.000,00
9	33140000-3	Lot 9 Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C.) 300mmx200m	Bucată	10	rolou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	8.000,00
10	33140000-3	Lot 10 Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern	Bucată	2000	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării	400,00
11	33140000-3	Lot 11 Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern	Bucată	15000	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 intern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării	3.000,00

12	33140000-3	Lot 12 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0	Bucată	1000	8.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta; Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	13.000,00
13	33140000-3	Lot 13 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5	Bucată	1000	8,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta; Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	13.000,00
14	33140000-3	Lot 14 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	9000	1.volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate (g) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) 7.Ambalaj individual	45.000,00
TOTAL						178.900,00

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot ☒

- 2) Pentru mai multe loturi ☒
- 3) Pentru toate loturile ☒

11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite

12. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** la solicitare, în termen de 05 zile pe parcursul anului 2023

13. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2023

14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu

15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu

16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativit.
1	Informații generale despre ofertant	Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
2	Specificații tehnice	Conform modelului încărcat la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
3	Specificații de preț	Conform modelului încărcat la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
3	Certificat/Decizie/Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
4	Acte ce atestă calitatea produselor	1. Certificat CE/certificat de conformitate/aviz sanitar sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 2. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 3. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligativ
5	Prezentarea mostrelor	Termen de 1 zi din data solicitării	Obligativ
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
Termenul de livrare/prestare		la solicitare, în termen de 05 zile pe parcursul anului 2023;	
Termen și modalitatea de achitare		Prin transfer, în termen de 45 zile, din data livrării și prezentării facturii.	

17. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu se aplică

18. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu se aplică

19. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
 - pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplică
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
36. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:



Alexandru FERDOHLIS

