

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., İstanbul, Türkiye
Onaylanmış Kuruluş 2195

EU CERTIFICATE AB SERTİFİKASI

According to 2014/68/EU Pressure Equipment Directive Annex III Module H
Conformity Based On Full Quality Assurance

2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği EK III Modül H
Tam Kalite Güvencesine Dayanan Uygunluk

Number: **2195-PED-1934002**
Numara:



Name and address of Manufacturer : SÜMER ULUSLARARASI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici adı ve adresi : Başkent OSB.Başkent Bulvarı No:81 Malıköy,Sincan Ankara/Türkiye

Manufacturer place : Başkent OSB.Başkent Bulvarı No:81 Malıköy,Sincan Ankara/Türkiye
Üretim yeri

Product: : Steam Sterilizer Pressure Vessel for Autoclave
Ürün: Buharlı Sterilizatör(Otoklav)
Tabletop Autoclave / Masaüstü Otoklav

Product Description: : See page 2
Ürün Tanımı : Bakınız sayfa 2

Type/Model: : SM, ELENA, OT, ADELA
Tip/Model

Base of Certificate: : Report No. PED.444-01 dated 25.11.2019 and PED.444-03 dated
25.03.2021
Sertifika Dayanağı: 25.11.2019 tarihli Rapor No:PED.444-01 ve 25.03.2021 tarihli Rapor
No:PED.444-03

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined and applied the quality system, concerning pressure equipment, Annex III Module H. Through this EU Certificate, manufacturer shall affix CE mark with identification number 2195 exclusively to products that fulfill requirements of the directive.

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, yukarıda bahsi geçen üreticinin, Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğinin EK-III Modül H gerekliliklerini yerine getiren bir kalite sistemi tanımladığını ve uyguladığını onaylar. Bu AB sertifikası ile üretici, CE işareti ve 2195 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, sadece yukarıda belirtilen direktifin gerekliliklerine tam uygun olan ürünlerine ilişirebilir.

First Issue Date : 6.12.2019
İlk Yayın Tarihi

Validity Date : 5.12.2022
Geçerlilik Tarihi

Period Validity Date : 5.12.2021
Periyod Bitiş Tarihi

Revision Date : 30.03.2021/02
Revizyon Tarihi/No



Production Description:*Ürün Tanımı:*

Steam Sterilizers/Buhar Sterilizatörler

Product Models <i>Ürün Modelleri</i>	Liters <i>Litreleri (Lt)</i>	Working Pressure Allowed <i>İzin Verilen Çalışma Basıncı (Bar)</i>	Test Pressure <i>Test Basıncı (Bar)</i>	Working Temperature/ <i>Çalışma Sıcaklığı (°C)</i>	Fluid <i>Akışkan</i>				
SM-1 VK, ELENA 1VK, OT-1 VK, ADELA 1VK	100 L, 125 L, 150 L 175 L, 200 L, 225 L 250 L, 300 L, 325 L 400 L, 425 L, 450 L 470 L, 490 L, 500 L 538 L, 580 L, 600 L 628 L, 670 L, 700 L 718 L, 760 L, 800 L 900 L, 1000 L, 1200 L	2,5-3,5	3,75-5,25	121-134	Steam Buhar				
SM-1 CVK, ELENA 1CVK, OT-1 CVK, ADELA 1CVK									
SM-2 KK, ELENA 2KK, OT-2 KK, ADELA 2KK									
SM-2 CKK, ELENA 2CKK, OT-2 CKK, ADELA 2CKK									
SM-3 D, OT-3V, ADELA 3D, ELENA 3V	60 L, 75 L, 90 L, 115 L	2,5-3,5	3,75-5,25	121-134	Steam Buhar				
SM-3Y, OT-3Y, ADELA 3Y, ELENA 3Y									
SM-4 VK, OT4-VK, ADELA 4VK, ELENA 4VK	96 L, 125 L, 175 L, 250 L					2,5-3,5	3,75-5,25	121-134	Steam Buhar
SM-4 KK, OT4-KK, ADELA 4KK, ELENA 4KK									

Production Description:*Ürün Tanımı:*

Masaüstü Otoklav/Tabletop Autoclave

Product Models <i>Ürün Modelleri</i>	Liters <i>Litreleri (Lt)</i>	Working Pressure Allowed <i>İzin Verilen Çalışma Basıncı (Bar)</i>	Test Pressure <i>Test Basıncı (Bar)</i>	Working Temperature/ <i>Çalışma Sıcaklığı (°C)</i>	Fluid <i>Akışkan</i>
OT 18, OT 23, OT 32, OT 40	18, 23, 32, 40	2,5-3,5	3,75-5,25	121-134	Steam Buhar
ADELA18, ADELA23, ADELA32, ADELA 40					

