

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1588764073709	Data: 11 mai 2020, 11:00 - 14 mai 2020, 11:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației: Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale	Lot: 1	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale	BT-770	Coreea	Bistos	Tip: pacient adult, pediatric; Display, tip Diagonala – 12.1 inch LCD TFT Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul, SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv; Temperatura Analiza automată a undei ST; Trendingul ST; Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 25- 300 bpm Detectarea aritmiei; Monitorizarea respirației 0 -150rpm; Modul SpO2 Diapazonul 0 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 -300 bpm Monitorizarea pletismogramei Modul NIBP Diapazonul 10 - 300mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP"	Da Da, 12.1inch Color Touch Da Da Da Da Da Da Da, 5 electrozi Da Da Da Da, 15-300 bpm Da 0-120 rpm Da 0-100 % Da 25-250 bpm Da 10-270mmHg Da Da Da	CE/ISO

			<p>Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adult, pediatric, noul născut "Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate Protocoale de lucru setate de utilizator Memorie internă Trendingul evenimentelor Arhivarea datelor Imprimantă Încorporată Forme de raportare Viteza de înscriere 5, 10, 25 mm/s Înscriere continuă; Preprogramate; Personalizate; Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz da; Baterie internă Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc. Alarma Vizuala, sonora; Manjetă deconectată; Manjetă defect; Senzor SpO2 deconectat; Senzor SpO2 defect; Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită; Nivelul baterie scăzut; Alarml rate cardiace scăzuta/mărită; Lipsă sursă externă de alimentare; Buton de dezactivare/anulare alarml sonore; Ajustarea nivelului de alarmă.</p>	<p>Da Da Da 270mmHg Da, 0-50C Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da, 5 re Da Da, ethernet, USB Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da</p>	
--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**