

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1658429768228 / 21060416 din: 21.07.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: “Achiziționarea analizatoarelor automate ale gazelor și electroliților în sange, conform necesităților IMSP, pentru anul 2022”

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
					Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange Cod 150700 Descriere: Analizator de gaze și electroliților în sange complet automat pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților Parametrul Specificația: Tip analizator: sistem de tip închis: da complet automat: da Tip probă: Ser: da Plasmă: da Sînge arterial: da venos: da capilar: da mixt: da Volum probă Seringă ≤ 200 µL Capilar ≤ 100 µL Tip analize: Gaze în sange: pH: da pCO2: da pO2: da HCO3: da HCO3 act: da HCO3 std: da BE(B): da BE(ecf): da TCO2 / etCO2: da	Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange Cod 150700 Descriere: Analizator de gaze și electroliților în sange complet automat pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților Parametrul Specificația: Tip analizator: sistem de tip închis: da complet automat: da Tip probă: Ser: da Plasmă: da Sînge arterial: da venos: da capilar: da mixt: da Volum probă Seringă ≤ 200 µL Capilar ≤ 100 µL Tip analize: Gaze în sange: pH: da pCO2: da pO2: da HCO3: da HCO3 act: da HCO3 std: da BE(B): da BE(ecf): da TCO2 / etCO2: da	

3	Lot 3. Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange (≥ 450 teste)	Ultra Smart ABGE	India	Quiklab Services	tCO₂ / ctCO₂: da Electroliti Na+: da K+ : da Ca++ : da Ca++(7.4) : da Cl- : da Anion gap: da Metaboliți Glucoza: da Lactat: da CO-oximetrie Hct :da tHb: da sO₂: da O₂Hb: da COHb: da MetHb: da HHb: da Exactitate: 0,1 mmol/l da Spălare automată: da Detector de aer in probe sange: da Detector de cheag de sange: da Calibrare pentru toți parametrii măsurăți: Automat: da Manual: da Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate: da Controlul intern (QC): Automat: da Manual: da Analiza Durata analizei ≤ 3 min. Stocarea datelor: Date analize, date calibrări min 1000	tCO₂ / ctCO₂: da Electroliti Na+: da K+ : da Ca++ : da Ca++(7.4) : da Cl- : da Anion gap: da Metaboliți Glucoza: da Lactat: da CO-oximetrie Hct :da tHb: da sO₂: da O₂Hb: da COHb: da MetHb: da HHb: da Exactitate: 0,1 mmol/l da Spălare automată: da Detector de aer in probe sange: da Detector de cheag de sange: da Calibrare pentru toți parametrii măsurăți: Automat: da Manual: da Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate: da Controlul intern (QC): Automat: da Manual: da Analiza Durata analizei ≤ 3 min. Stocarea datelor: Date analize, date calibrări min 1000	CE/ISO
---	--	------------------	-------	------------------	--	--	--------

					Stocarea datelor: Date analize, date salariale min. 1000 înregistrări Reagenți: Forma de reagenți: cartuș Valabilitatea de la deschidere: min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș ≥ 450 teste Display color Touchscreen capacitativ: da LCD sau LED: da Cititor de bar cod: da Imprimantă termică: da Data management: da Interfața PC: da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS: da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a energiei electrice cat și protejare în cazul fluctuației de tensiune ≥ 30 min. Reagenți: Cartușe reagenți necesare pentru ≥ 3000 teste / pacienți Cartușe spălare: 12 Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării. ≥ 3 luni Hirtie termică :24 buc. SISTEM DE OPERARE Windows 10 sau mai nou sau echivalentul acestuia: Da CertificareCE, ISO 13485, STANDARDE IEC-60601 IVD-Directive 98/79/EC (IEC 1010-1 / EN 61010-1 / EN 61010-2- 101) , ISO 12963:2017/AMD 1:2020, IEC 62304 Medical device software: Da Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat autenticată de biroul de traduceri: da	Stocarea datelor: Date analize, date salariale min. 1000 înregistrări Reagenți: Forma de reagenți: cartuș Valabilitatea de la deschidere: min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș ≥ 450 teste Display color Touchscreen capacitativ: da LCD sau LED: da Cititor de bar cod: da Imprimantă termică: da Data management: da Interfața PC: da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS: da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a energiei electrice cat și protejare în cazul fluctuației de tensiune ≥ 30 min. Reagenți: Cartușe reagenți necesare pentru ≥ 3000 teste / pacienți Cartușe spălare: 12 Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării. ≥ 3 luni Hirtie termică :24 buc. SISTEM DE OPERARE Windows 10 sau mai nou sau echivalentul acestuia: Da CertificareCE, ISO 13485, STANDARDE IEC-60601 IVD-Directive 98/79/EC (IEC 1010-1 / EN 61010-1 / EN 61010-2- 101) , ISO 12963:2017/AMD 1:2020, IEC 62304 Medical device software: Da Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat autenticată de biroul de traduceri: da	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnăt:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301