

SPECIFICAȚII TEHNICE **pentru IMSP Institutul Oncologic**

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1692608002343 / 21089217	din 28 august 2023
Obiectul de achiziției:	Diverse consumabile pentru dispozitive medicale	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
5	33100000-1	Sensor O2, Drager Fabius Plus XL	O2-Sensor (Capsule)	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul aparatului de anestezie Drager Fabius Plus XL	CE, ISO
22	33100000-1	Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	STERILE AIR FILTER AUT. SERIES 1000	Spania	Matachana	Consumabil, Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
23	33100000-1	Garnitură pentru generatorul de abur, pentru Autoclav Matachana S1008	O RING JOINT DIAM 355x5, 33 MM	Spania	Matachana	Consumabil, Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul Autoclavului Matachana S1008	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferțant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
24	33100000-1	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, pentru Autoclav Matachana S1008	JOINT O RING LEVEL SWITCH LEVEL GENERATOR S1000	Spania	Matachana	Consumabil, Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul Autoclavului Matachana S1008	CE, ISO
25	33100000-1	Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	COMPLEMENT VALVE CIRCUIT FOR SUPPORT OF AIR CUT "NO"	Spania	Matachana	Consumabil, Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
26	33100000-1	Inel de etanșare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	VITON OF JOINT CLAMP 1 "	Spania	Matachana	Consumabil, Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
27	33100000-1	Supapă electropneumatică (YV70), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	ELECTROVALVE 2/2 WAYS, 1/8 "G-H, DN3, 220V-50HZ, N.TO.	Spania	Matachana	Consumabil, Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Oferțantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**