

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdpl-MD-1775046749050/21591205 conform SIARSAP M-Tender</b>
Obiectul achiziției: <b>Servicii de deservire și întreținere a dispozitivelor medicale 2026 REPETAT</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>2.Analizoare de gaze sangvine Cromatograf CHROM-5</b>	<b>Crom-5</b>	Cehoslovacia	Cehoslovacia	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlul ermeticității- cuplărilor magistrarilor de gaze și înlăturarea defectelor</li> <li>– Regenerare și schimbarea absorbentilor la filter în rețeaua de gaze</li> <li>– Testarea purității injectorului și curățirea lui</li> <li>– Testarea purității și curățirea detectorului DTP</li> <li>– Controlul și reglarea sistemului de indicație a parametrilor</li> <li>– Testarea și reglarea corespunderii debitului de gaz purtător</li> <li>– Testarea funcționării și înlăturarea defectelor înregistratorului.</li> </ul> Numărul de vizite per an - 3	Documentația normativ-tehnică	Cerințe tehnice cromatografe

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Ruslan Guci** În calitate de: **director**  
Ofertantul: **SRL „Repelcom”** Adresa: **m. Chișinău str. V. Lupu 6 of. 52**