

S.R.L. Biotechlab

mun. Chișinău, Republica Moldova
bd. Decebal 17/Z-7, MD-2002
IDNO: 1004600067330
IBAN: MD48AG00000002251310742
BIC: AGRNMD2X887
B.C. MoldovaAgroindbank S.A. suc. 4
Tel: 069831016

Anexa nr. 22
La documentatia standart nr.
ocds-b3wdp1-MD-1699622409007
Din 10.11.2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1699622409007	Data: 20.11.2023
Denumirea licitației: Achiziționarea reagenților chimici pentru laboratoarele întreprinderii, anul 2024	Pagina 1 din 2

Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	LOT 4 - Reactivi chimici						
4.1	4.1 Glicerol C3H8O3	2036-25L-PE	Germania	Chemsolute	чда conform prevederilor ГОСТ 6259-75	Glycerol anhydrous p. a. (min. 99.5 %), ambalaj 25 lit	
	LOT 6 - Reactivi chimici						
6.1	6.1 Cloroform CHCl3	32211-2.5L	Germania	Sigma Aldrich	puritatea analitică «хч» conform СТII TY COMP 2-028-06	Chloroform puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC), ambalaj 2.5 lit	
	LOT 7 - Reactivi chimici						
7.1	7.1 Acid acetic (glacial) ≥99,8% CH3COOH	33209-2.5L	Germania	Sigma Aldrich	хч conform prevederilor ГОСТ 61-75	Acetic acid glacial, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%	
7.2	7.2 Acid acetic CH3COOH	33209-2.5L	Germania	Sigma Aldrich	ч conform prevederilor ГОСТ 61-75	Acetic acid glacial, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%	
	LOT 9 - Solvenți organici						
	9.1 Tetraclorură de carbon CCl4	20288-74	Rusia	EKOS-1	х.ч. conform prevederilor ГОСТ 20288-74	х.ч.(99,8 %) conform prevederilor ГОСТ 20288-74	

	9.2 Tetraclorură de carbon p/u extracție din medii apoase, gr.A CCl ₄	2631-027-4449317-98	Rusia	EKOS-1	х.ч. conform prevederilor ТУ 2631-027-4449317-98	х.ч. (99,95 %) conform prevederilor ТУ 2631-027-4449317-98	
	LOT 11 - Soluții tampon STANDARD						
11.1	11.1 Soluție tampon standard de pH 4,01	1125-250ML	Germania	Chemsolute	Soluție tampon standard de pH 4,01±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml	pH pH 4.005, buffer solutions in a twin neck bottle without colour coding (25 °C), CHEMSOLUTE® - Accuracy ±0.010 pH units, reference temperature 25 °C, Traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST), Comply with DIN 19266	
11.2	11.2 Soluție tampon standard de pH 6,86	1169-500ML	Germania	Chemsolute	Soluție tampon standard de pH 6,86 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml	pH pH 6.86 buffer solutions without colour coding, pH ±0.01 (25 °C), raceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)	
11.3	11.3 Soluție tampon standard pH 9,18	1131-250ML	Germania	Chemsolute	Soluție tampon standard de pH 9,18 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml	pH pH 9.180 buffer solutions in a twin neck bottle without colour coding (25 °C), CHEMSOLUTE® - Accuracy ±0.010 pH units, reference temperature 25 °C, Traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST), Comply with DIN 19266	

Valabilitatea ofertei - 60 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pislaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**