

Specificatii Tehnice

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1782195077526 / 21637422 din 21.07.2026					LOT 9	
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament de laborator anul 2026						pag 1 din 1
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Lot 9. Deionizator de apă	Adrona Connect Trace <i>sistem de purificare a apei</i> Nr. catalog CB-1701	Latvia	Adrona	Cerințe tehnice minime: echipament pentru producerea apei purificate de grad II pentru investigații cromatografice și spectrometrie de absorbție atomică, conform SM SR EN ISO 3696:2006; calitatea apei produsă: conductivitate ≤ 0,1 μS/cm; rezistivitate 15–18 MΩ·cm; capacitate de producere 5-7 L/oră; alimentare cu apă distilată ca apă de intrare; sistem de monitorizare continuă a conductivității și temperaturii în timpul procesului de purificare; afișaj digital pentru parametrii de funcționare. Accesorii incluse: toate componentele necesare instalării, punerii în funcțiune și utilizării. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Locație/destinatar final: CSP Comrat.	Adrona Connect Trace (nr. catalog CB-1701) echipament pentru producerea apei purificate pentru investigații cromatografice și spectrometrie de absorbție atomică, conform SM SR EN ISO 3696:2006 - Manual de Utilizare pag.4 Conductivitate : 0.055 μ S/cm (at 25° C) - Manual de Utilizare pag.5 Rezistivitate : 18.2 MΩ × cm (at 25° C) Debit de distribuire : Până la 1,5 până la 2,0 l/min Alimentare cu apă distilată ca apă de intrare Dimensiuni : 30 × 44 × 65 cm Display LCD color - Manual de Utilizare pag.15 Dozare volumetrica Monitor Sistemul poate fi conectat fie la : 1. un sistem centralizat de pretratare a apei 2. un sistem de pretratare a apei sub presiune 3. un rezervor atmosferic extern în care se depozitează apa pretratată. Metoda de furnizare a apei distilate va fi dintr-un rezervor. Accesorii incluse: toate componentele necesare instalării, punerii în funcțiune și utilizării. Livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; marcaj CE; garanție 24 luni. Se anexează : <u>Certificat de conformitate</u> , <u>CE</u> , <u>ISO</u> , <u>Brosura</u> , <u>Catalog producator</u> , <u>Manual de utilizare</u> , <u>Fisa tehnica</u>	CE; ISO ; Certificat de Conformity

Nume: **Irina Varman** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ProfilabDiagnostic SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Dokucaev,6**

semnat electronic