



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21604529 din 25.04.2026
Obiectul de achizitie: Servicii de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical model Oxy Fresh 200

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Lot 1						
5040 0000- 9	1.1	Generator de oxigen Model OxyFresh 200	Serviciu	1	Verificare/Testare/Calibrare Verificare UPS Schneider Electric Schimbare filtre Generator de oxigen MHA65-D(1 buc); MHA65-DS(1 Buc) odata la 2000 ore in sarcina. (filtrele și accesoriile nu sunt incluse)	Verificare/Testare/Calibrare Verificare UPS Schneider Electric Schimbare filtre Generator de oxigen MHA65-D(1 buc); MHA65-DS(1 Buc) odata la 2000 ore in sarcina. (filtrele și accesoriile nu sunt incluse)
	1.2	Compresor de aer Model SK25/ 11bar	Serviciu	1	KIT B (la solicitare): -Plase filtrante 1 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului	KIT B (la solicitare): -Plase filtrante 1 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					-curatarea compresorului si radiatorului Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent) (filtrele și accesoriile nu sunt incluse)	-curatarea compresorului si radiatorului Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent) (filtrele și accesoriile nu sunt incluse)
1.3	Uscator de Aer Model iDFA-60 (SMC/Japonia)	Serviciu	1	1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurati și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare (filtrele și accesoriile nu sunt incluse)	1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurati și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare (filtrele și accesoriile nu sunt incluse)	
1.4	Sistemul de filtrare aer MHA-260/G + G01; MHA-260/H; MHA-260/C; MHA-260/DS (antibacterial). Verificare/Curatare Purje.	Serviciu	1	Cartus Filtru (P)= 1 buc Cartus Filtru (G)= 1 buc Cartus Filtru (H)= 1 buc Cartus Filtru (D)= 1 pcs Curatare/Ungere Filtru separator ciclonic= 1 buc (filtrele și accesoriile nu sunt incluse) ***Schimbare odata la 2000 ore in sarcina.	Cartus Filtru (P)= 1 buc Cartus Filtru (G)= 1 buc Cartus Filtru (H)= 1 buc Cartus Filtru (D)= 1 pcs Curatare/Ungere Filtru separator ciclonic= 1 buc (filtrele și accesoriile nu sunt incluse) ***Schimbare odata la 2000 ore in sarcina.	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	1.5	<i>Purja mecanică pentru filtre</i>	Buc.	4	<i>Purja mecanică pentru filtre</i>	<i>Purja mecanică pentru filtre</i>
--	-----	-------------------------------------	------	---	-------------------------------------	-------------------------------------

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21604529 din 25.04.2026
Obiectul de achizitie: Servicii de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical model Oxy Fresh 200

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5040 0000-	1	Servicii de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical model Oxy Fresh 200	Servicii	1	38.766,00	46.519,20	38.766,00	46.519,20	Conform punctului 10 din anuțul de participare	Conform SIA RSAP
TOTAL							38.766,00	46.519,20		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1