

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
26	Costum/echipament cu stimulare electrică pentru pacienți	Costum/echipament cu stimulare electrică pentru pacienți	Descriere: Sunt utilizate ca echipamente medicale de asistență pentru pacienți, având rolul de a furniza stimulare electrică cu energie redusă, distribuită prin electrozi integrali în echipamentul textil (costum), cu aplicabilitate în neuro-modulare și recuperare neuromusculară. Caracteristici tehnice: Tip undă: monofazică, pătrată, cu durată variabilă a impulsului. Alimentare unitate de control: baterii Ieșire maximi: 20 V, 40 mA. Frecvență impuls: 20 Hz. Display: LCD cu iluminare. Elemente constructive și funcționale: Electrozi integrați direct în materialul costumului. Distribuție semnal printr-o rețea de conductori conectați la unitatea de control. Număr electrozi până la 58 bucăți, plasați strategic pe suprafața costumului. Conectivitate și control prin unitatea de comandă, respectiv aplicații software dedicate. Dispozitivul oferit trebuie să fie nou, original. Livrare complet: a) două costume: - mărimea M, pentru adolescenți; - mărimea 105 cm, pentru copii. b) Unitate control. c) Accesorii necesare pentru buna funcționare. d) Manual utilizare în limba română. Garanție minim 24 luni.	EXOPULSE Molii Suit, EXONEURAL NETWORK AB (Ottobock/Germania) Suedia Da, p.3 specificații tehnice (ST) Da, p.4 ST Da, p. 4 ST Da, p. 4 ST, p.7 Clinical Evaluation Raport (CER) Da, p.4 ST, p7 CER Da, p.7 CER Da, p.3 ST Da, p.3 ST Da, p.3 ST Da, EXOPULSE SUIT 9.3, p. 19 CER Da Da, Marimea M, PN: 28XP8=M-FK, PN: 28XP9=M-FK pentru adolescenți Da, Marimea 104, PN: 28XP2=104-FK, PN: 28XP3=104-FK pentru copii Da, Exopulse Control Unit 9.3, PN: 28XP1=2, Da, curea pentru unitatea de control, p.9 ST Laundry bag 2 buc (pentru pastrarea costumelor) Da Da, 24 luni

