

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1666102813918 din 09.11.22									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2023									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică	Buc.	50	612,00	660,96	30600,00	33048,00	În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023	
8	Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică	Buc.	50	612,00	660,96	30600,00	33048,00	În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023	
	TOTAL					61200,00	66096,00		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1666102813918 din 09.11.22

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2023**

Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
Lot 7	Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică	EM07.100.00/EM07.150.00	Italia	Medax	Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică, lungimea acului de 10-12cm, cu mandren cu diametrul lumenului 2.0-4.0mm sterile, ambulate separat. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă. Material: otel medical inoxidabil de înaltă performanță, lungimea acului de 10/15cm diametrul lumenului 4.0 mm. Mandren cu virf trocar, canula cu varf foarte ascuțit pentru recolare sigură și în cantitate mare. Conector Luer Lock pentru seringă+Ghid de îndepărtare prevăzut cu indicator pentru a facilita expulzare esanționului și pentru a verifica lungimea acestuia în timpul procedurii. Prevăzut un capac special pentru îndepărtarea în siguranță a esanționului. Sterile ETO, termen de valabilitate - 5ani. Dispozitivele sunt ambalate individual, sterile etichetate conform normelor medicale în vigoare și sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare, depozitare, distrugere. Getabile.	CE/ISO
Lot 8	Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică	ES14.070.11	Italia	Medax	Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică, lungimea acului de 5-7cm, cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile, ambulate separate. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .	Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă. Material: otel medical inoxidabil de înaltă performanță lungimea acului de 7cm. cu mandren cu diametrul lumenului 2.0mm. Canula cu virf triplu ascuțit, pentru a permite o puncție non traumatică, penetrare rapidă și ușoară în cavitatea măduvei osoase. Prevăzut cu aripioare, maner ergonomic, care permit o aderență mai bună în timpul procedurii efectuate atât în regiunea de creastă iliacă cit și sternale. Prevăzut cu scală de măsurare a adâncimii în milimetri. Sistemul culisant de reglarea adâncimii, de-a lungul canulei permite reglarea penetrării. Maner anatomic pentru susținerea degetelor. Stiletul detașabil perfect cuplat la virful canulei. Conector Luer Lock. Prevăzut cu două orificii distale laterale. Dispozitivele sunt ambalate individual, sterile etichetate conform normelor medicale în vigoare și sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare, depozitare, distrugere. Getabile	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**