



REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

MD – 2004, mun. Chișinău, str. T.oma Ciorbă, nr. 1
Telefon/Fax: (022) 25 07 04, e-mail: anticamera@urgenta.md

Nr. 01-8/ A 26 din «10» ianuarie 2020

La Licitația Deschisă Nr.21013761 din 19.11.2019.

SRL «FARMINA».

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă vă comunică că, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, oferta Dvs., prezentată în cadrul LD nr.21013761 din 19.11.2019 privind achiziționarea **«Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2020»** nu a fost desemnată câștigătoare din motivul prețului majorat și neprezentării mostrelor solicitate conform cerințelor obligatorii (*Anexe: Nota informativă; Act de examinare a mostrelor*).

Pentru pozițiile licitate, în conformitate cu prevederile pct. 6.1 FDA (Fișa de date a achiziției), au fost desemnate câștigătoare oferta la cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

Vă mulțumim pentru participare.

Președintele grupului de lucru

Mihail Ciocanu

NOTA INFORMATIVA

Referitor la achizițiile de material de sutură vasculară pentru anul 2020, în urma evaluării ofertelor și mostrelor oferite menționăm:

1. Compania Farmina SRL

- Diametrul acului este semnificativ mai mare decât diametrul firului de sutură, ceea ce condiționează hemoragii prolongate, deseori în volum destul de mare, din locurile de trecere a acului prin peretele vasului sau a protezei vasculare, ceea ce prezintă risc pentru viața bolnavului.
- Curbura acului nu corespunde necesităților pentru a sutura plăgile vasculare, cu risc de traumatizare suplimentară a peretelui arterial.
- Firul de sutură formează rapid, în mod spontan, anse și chiar noduri ceea ce impune stoparea intervenției cu extragerea firului de sutură și înlocuirea cu un alt fir. Aceasta traumează suplimentar peretele vasului și lungeste durata intervenției, precum și durata de ischemie a extremității.

2. Compania Triumf-Motiv

- Diametrul acului este semnificativ mai mare decât diametrul firului de sutură, ceea ce condiționează hemoragii prolongate, deseori în volum destul de mare, din locurile de trecere a acului prin peretele vasului sau a protezei vasculare, ceea ce prezintă risc pentru viața bolnavului.
- Curbura acului nu corespunde necesităților pentru a sutura plăgile vasculare, cu risc de traumatizare suplimentară a peretelui arterial.
- Firul de sutură formează rapid, în mod spontan, anse și chiar noduri ceea ce impune stoparea intervenției cu extragerea firului de sutură și înlocuirea cu un alt fir. Aceasta traumează suplimentar peretele vasului și lungeste durata intervenției, precum și durata de ischemie a extremității.

27.12.2019

șef secție Chirurgie Vasculara, V.Culiac





Act

**de examinare a mostrelor (sătură atraumatică) prezentate în cadrul licitației
LD 21013761 din 19.11.2019 privind achiziția produselor parafarmaceutice
pentru anul 2020**

Grupul de lucru a examinat mostrele de sutură atraumatică producție chineză și turca, (mostrele pot fi anexate) prezentate de către firmele ProfiLabDiagnostic SRL (producator RTMED), Sogno SRL (producator Pingan MI), Triumf Motiv SRL (producator RTMED), Electeh SRL (producator Dogsan, Turcia), Farmina SRL (producator Pingan MI) și a fost constat următoarele: sutura prezentată nu este rezistentă la tracție minimă, diametrul firului nu este standart pe toată lungimea, la aplicarea se rupe la primul nod, nu-i pliabilă, îmbinarea suturii cu acul nu este rezistentă, acul se detașează fără a depune efort, sutura monofilament se defibrilează astfel prezentând pericol major în aplicare pe țesuturi și vase, pot provoca reacții la locul implantării, punând în pericol siguranța intervențiilor chirurgicale mărinđ rata morbidităților postoperatorii și marind cheltuielile pentru tratamentul lor. Unele ambalaje sunt deschise, și câteva suturi au fost găsite farimate în fragmente mici! Toate obiecțiile sus menționate se referă la firele de sutură de toate diametrele utilizate în chirurgia viscerală, vasculară, microchirurgia, maxilofacială și oftalmologie. În plus forurile medicale care au utilizat firele de sutură de producție chineză de calitate nesatisfăcătoare din aceleaș considerente s-au dezis de utilizarea acestora, informația respectivă poate fi accesată în PubMed. Acest act de examinare se întocmește a treia oară în ultimii trei ani. Va rugăm insistent să țineți cont de el la evaluarea produselor. Sutura prezentată de Vivamed SRL (producator SMI AG Belgia) corespunde cerintelor de folosire în actul chirurgical înaintate de specialiști.

Vice director medical I. Curov _____

Șef Departament chirurgie I. Maxim _____

Șef secție chirurgie N1 V. Gafton _____

Șef secție chirurgie N2 S. Zaharia _____

Șef secție chirurgie N3 Gh. Boghean _____

Șef secție Traume asociate I. Gagauz _____

Șef secție bloc operator A. Mitioglo _____

30.12.2019