


Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:	50125659 001	Auftrags-Nr.: Order No.:	154249290	Seite 1 von 35 Page 1 of 35
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:	60083162	Auftragsdatum: Order date.:	18.05.2017	
Auftraggeber: Client:	ZHEJIANG BAITAI MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD No.1,Longjing Road, jinchuan Street,Changshan Country, Quzhou,Zhejiang 324200, P. R. China			
Prüfgegenstand: Test item:	Steam Sterilizer			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:	B10, BTD23-A			
Auftrags-Inhalt: Order content:	EMC Test			
Prüfgrundlage: Test specification:	EN 61326-1:2013 Class B			
Wareneingangsdatum: Date of receipt:	13.06.2017			
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:	A000551921-001/-002			
Prüfzeitraum: Testing period:	Refer to test report			
Ort der Prüfung: Place of testing:	EMC laboratory			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:		
29.05.2018 Xuelan Zhang/Senior project manager <i>Xuelan Zhang</i>		29.05.2018 Jiayi Zhou/Senior manager <i>Jiayi Zhou</i>		
Datum Date	Name/Stellung Name/Position	Unterschrift Signature	Datum Date	Name/Stellung Name/Position
Sonstiges / Other:				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) Legend: 1 = very good 2 = good P(ass) = passed a.m. test specifications(s)		3 = befriedigend F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) 3 = satisfactory F(ail) = failed a.m. test specifications(s)		
		4 = ausreichend N/A = nicht anwendbar 4 = sufficient N/A = not applicable		
		5 = mangelhaft N/T = nicht getestet 5 = poor N/T = not tested		
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

TEST SUMMARY

- 4.1.1 HARMONICS ON AC MAINS
Result:
Passed
- 4.1.2 VOLTAGE CHANGES, VOLTAGE FLUCTUATIONS AND FLICKER ON AC MAINS
Result:
Passed
- 4.1.3 MAINS TERMINAL CONTINUOUS DISTURBANCE VOLTAGE
Result:
Passed
- 4.2.1 RADIATED EMISSION
Result:
Passed
- 5.1.1 ELECTROSTATIC DISCHARGE
Result:
Passed
- 5.1.2 RADIO FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD
Result:
Passed
- 5.1.3 POWER FREQUENCY MAGNETIC FIELDS
Result:
Passed
- 5.2.1 FAST TRANSIENTS ON AC POWER LINES
Result:
Passed
- 5.2.2 INJECTED CURRENT INTO AC POWER PORT
Result:
Passed
- 5.2.3 SURGES TO AC POWER PORT
Result:
Passed
- 5.2.4 VOLTAGE DIPS AND INTERRUPTIONS TO AC POWER PORT
Result:
Passed