

Specificatia tehnica (F4.1)

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1562573830458/21009724 din SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achizitie:Echipament medical pentru Spitalul Clinic Militar Central.

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Soecificatia tehnica deplina solicitata de catre partea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri –dispozitive medicale						
33100000-1	Lotul 1						
	Phacoemulsificator	MEGATRON S4 HPS	Germania	Geuder	• Aparatul va avea posibilitatea înlăturării cataractei mature (dure) • Sondă facoemulsificare ultrasonica de înaltă performanță cu oscilații torsionale și longitudinale; • Frecvența de lucru a sondei de emulsificare între 32 și 42 KHz; • Sistem de infuzie pentru menținerea a presiunii și debitului irigației de lucru în camera anterioară; • Setare programabilă a valorii țintă a PIO-presiune intraoculară de lucru; • Sistem de control cu multimicroprocesor, complet programabil; • Sistem de management al fluidelor de unică folosință; • Pompa peristaltică avansată cu sistem dual de aspirație și minim 7 role pentru un control precis al fluidelor; • Sondă de vitrectomie pneumatica tip ghilotină cu capacitatea maximă de cel puțin 4000 tăieri/min.; • Capacitate de coagulare bipolară; • Mai multe modalități tradiționale de control al puterii ultrasonice, incluzând aplicarea continuă, în Puls și în Burst a puterii ultrasonice, precum și managementul ciclului active pentru modul Puls și Burst; • Controlul liniar al puterii ultrasonice folosind pedala de comandă în etapele procedurii de facoemulsificare; • Controlul liniar al debitului de aspirație în etapele de I/A, vitrectomie și îndepărtare a cristalinului folosind pedala de comandă în intervalul 0-60 cc/min.; • Controlul liniar al debitului de vacuum în etapele de I/A, vitrectomie și îndepărtare a cristalinului folosind pedala de comandă în intervalul 0-700+ mmHg; • Irigație continuă la cerere; • Pedala de comandă, complet programabilă cu minim 4 funcții auxiliare; • Sistem de reflux activ, presurizat, programabil, având presiunea reglabilă, folosind pedala de comandă; • Programarea independentă a PIO și ale vacuumului, precum și debitul de aspirație la valorile dorite în etapele de facoemulsificare, UA și vitrectomie; • Capacitatea de a comuta între etapele chirurgicale utilizând ecranul tactil, telecomanda sau folosind pedala de comandă; • Emiterea mai multor tonuri audio pentru confirmarea stării de funcționare a sistemului; • Sistem de monitorizare a nivelului lichidului de irigare; • Confirmare vocală în timpul modificărilor etapei sau modului chirurgical; • Ecran plat cu diagonala de minim 17" cu braț articulat: LCD color cu matrice activă cu ecran tactil; • Telecomandă multicanal cu infraroșu; • Memorarea parametrilor chirurgilor pe memoria internă, cât și posibilitatea de a fi salvați pe o memorie externă;	ANEXAT	ISO 13485 Certificat CE

Semnat:

Ofertantul:Medclinic International SRL

Numele,Prenumele: Bejenari Serghei

In calitate de: director

Adresa:Chisinau,str.S. Lazo 7

