

Specificații tehnice (F4.1)

Denumirea autorității contractante: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)Nr.: 21012104

Achiziționarea dispozitiv medical - tub radiologic pentru a. 2019(repetat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Tub radiologic pentru dispozitivul radiodiagnostic Shimadzu Flexavision F3	0.6/1.2P324 DK-85	Japonia	Shimadzu	Tub radiologic pentru dispozitivul Shimadzu Flexavision F3 (anul producției a instalației 2012), duodiagnostic> - Model 0.6/12P324 DK-85 sau echivalentul lui <u>Specificații tehnice</u> : - Max/Focus 150 KV/0.6/1.2 - Filtrare permanenta min 5 mm Al la 70 kV <u>Condițiile speciale pentru operator economic:</u> • instalarea și calibrarea tubului; • verificarea a tuturor parametrilor de performanților a întregului dispozitiv (Controlul calitatii); • instruirea specialiștilor a instituției; • termenul de garanție minim 2 ani;	Tub radiologic pentru dispozitivul Shimadzu Flexavision F3 (anul producției a instalației 2012), duodiagnostic> - Model 0.6/12P324 DK-85 sau echivalentul lui Specificații tehnice : - Max/Focus 150 KV/0.6/1.2 - Filtrare permanenta min 1,5 mm Al la 70 kV Condițiile speciale pentru operator economic: • instalarea și calibrarea tubului; • verificarea a tuturor parametrilor de performanților a întregului dispozitiv (Controlul calitatii); • instruirea specialiștilor a instituției; • termenul de garanție - 1 an;	CE

Numele, Prenumele:Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec”SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37