

Specificatia tehnica (F4.1)

Numarul procedurii de achizitie: 21024383/ocds-b3wdp1-MD-1591879832356 din_25_iunie 2020

Denumirea procedurii de achizitie:Produse oftalmologice etapa II pentru anul 2020.

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Soecificatia tehnica deplina solicitata de catre partea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100000-1	Lot 1.1. Virf pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder	G-24310	Germania	Geuder	Virf pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder, resterilizabil, de multipla utilizare, pentru incizia de 2,2mm	Varf ultrasonic PEP pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder,pentru incizia de 2,2 mm, din titan,angulat la 40 grade ,violet,reutilizabil	CE, ISO
33100000-1	Lot 1.2. Manșon pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder	G-24311	Germania	Geuder	Manson pentru facoemulsificare compatibil cu aparatul Geuder, pentru incizia 2,2mm	Manson infuzie din silicon PEP pentru facoemulsificare compatibile cu aparatul Geuder, pentru incizia de 2.2 mm,violet,translucid	CE, ISO
33100000-1	Lot2.Tub de silicon	G-34620	Germania	Geuder	Tub silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve) diametru 2,0x0.75mm, steril	Dimensiuni 2.0*0.75mm,lungimea 125mm,steril,din silicon	CE, ISO
33100000-1	Lot 4. Implant orbital din silicon	G-20218	Germania	Geuder	Implant orbital din silicon de diferite diameter 18-22 mm, steril	Marimi cuprinse intre 16-20mm	CE, ISO
33100000-1	Lot 9. Cuțit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale	G-34041	Germania	Geuder	Cuțit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale: unghiul 450, satinat, drept cu mâner complet oțel inoxidabil, steril	Angulatia lamei 45 grade,satinat,cu maner drept,lama din oțel inoxidabil,steril,cutie*6buc	CE, ISO
33100000-1	Lot 10. Cutit oftalmic	G-34051	Germania	Geuder	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2.2 mm cu tăiş lateral Tip MSL. N6, steril	Cutit Phaco Slit pentru interventii microchirurgicale, incizia de 2.2mm, lama de 2.2mm,angulat cu tais lateral,satinat,maner drept,lama de oțel inoxidabil, cut.*6buc	CE, ISO
33100000-1	Lot 11. Cutit oftalmic	G-34053	Germania	Geuder	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 2.6 mm cu tăiş lateral Tip MSL. N6, steril	Cutit Phaco Slit pentru interventii microchirurgicale, incizia de 2.5mm, lama 2.5mm,angulat cu tais lateral,satinat,maner drept,lama de oțel inoxidabil,cut.*6buc	CE, ISO
33100000-1	Lot 12. Cutit oftalmic	G-34081	Germania	Geuder	Cutit oftalmic model crescent, pentru chirurgia globului ocular 2,6 mm. MCU 26. N6, steril	Crescent pentru chirurgia globului ocular,angulat,lama 2.0mm,satinat,maner drept,lama de oțel inoxidabil,steril,cut*6buc	CE, ISO
33100000-1	Lot 14. Ulei de silicon	G-80810	Germania	Geuder	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10 ml	Indice de refractie 1.404,vascozitatea la 25 grade:4800-5500 mPas,densitatea 0.97g/cm,rezistenta inalta la emulsificare,Polydimetilsiloxane,flacon steril *10ml	CE, ISO

Semnat:

Numele,Prenumele: Pogorevici Sergiu

In calitate de: administrator

Ofertantul:Medclinic International SRL

Adresa:Chisinau,str.S. Lazo 7

