

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : ocde-b3wdp1-MD-1640945388666/ 21049538 din 04.02.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Ac pentru stiloul de insulină	FY0616	China	Ningbo Foyomed Medical Instruments Co.,Ltd.	Ac pentru stiloul de insulină. Sterile de unică folosință, lungimea 4 mm. Grosimea / diametrul acului ≥ 31 G. Termenul de valabilitate 12 luni de la livrare. Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform	Ac pentru stiloul de insulină. Sterile de unică folosință, lungimea 4 mm. Grosimea / diametrul acului ≥ 31 G. Termenul de valabilitate 12 luni de la livrare	CE/ISO

				catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare până la 30 de zile de la semnarea contractului. Certificate CE/declarație CE; ISO sau FDA		
Lotul 3 Senzor glicemie	Safe AQ Air	China	Changsha Sinocare Inc.	Set de monitorizare pentru 14 zile. În cazul în care funcționalitatea senzorilor oferiți necesită utilizarea unui transmițător de date, se va oferi 560 buc. de transmițător de date compatibile cu senzorul. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total. Termenul de livrare: prima tranșă până la 30 de zile de la semnarea contractului; aprilie-mai; august-septembrie 2022. Certificate CE; ISO sau FDA..	Specificație: *Sistem FAD-GDH * Probă de sânge: sânge integral capilar proaspăt, sânge integral venos * Proba de calibrare: plasma venoasă * Interval de testare: 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L) * Timp de testare: 5s * HCT: 30-60% *Data de expirare: 24 de luni * Memorie: 10 rezultate de testare * Durata de viață a bateriei: de peste 1000 de ori * Bluetooth	CE/ISO
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com