

Specificații tehnice

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1721810756158 din 16 septembrie 2024									
Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100 000-1	2			3	4	5	6		8
								Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă (varietăți ajustată) APLICAȚII CLINICE General, OB-GYN PROBE PORTURI ≥4 - Da, 4 porturi, a se vedea pag. 5 din datasheet; PROBE TIP, MHz Linear 4 - 12 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) număr de elemente ≥192 - Da, sonda LA3-14AD inclusă în oferta de preț, 3-14 MHz, 256 elemente, a se vedea pag. 39 din datasheet. Convex 2 - 5 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) număr de elemente ≥192 - Da, sonda CA1-7SD inclusă în oferta de preț, 1-7 MHz, 192 elemente, Syngle Crystal, a se vedea pag. 41 din datasheet. Endovaginală 4 - 9 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) număr de elemente ≥192 - Da, sonda EV2-10A, inclusă în oferta de preț, 2-10 MHz, 192 de elemente, a se vedea pag. 45 din datasheet. Volum 3D de tip convex 2,5 - 7 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) Elemente fizice≥ 192 - Da, sonda CV1-8A inclusă în oferta de preț, 1- MHz, 192 de elemente, a se vedea pag. 45 din datasheet. NIVELE DE GRI ≥256 -Da, 256, a se vedea pag. 8 din datasheet. PREPROCESARE, canale digitale ≥ 4 500 000 / 500(canale fizice) - Da, 8,257,536 canale digitale, a se vedea pag. 27 din datasheet. GAMA DINAMICĂ ≥300dB - Da, 372dB, a se vedea pag. 7 din datasheet Adâncimea scanării ≥ 40 cm - Da, 55cm, a se vedea pag. 8 din datasheet. POSTPROCESARE da - Da, a se vedea pag. 26 din datasheet. IMAGINE MODURI M-mod da - Da, a se vedea pag. 26 din datasheet. 2-D B-Mode da - Da, a se vedea pag. 7 din datasheet. Harmonic imaging da - Da, a se vedea pag. 7 din datasheet. Imagine prin Compunere Spațială da - Da, a se vedea pag. 8 din datasheet. DOPPLER Tip: CW - Da, CONTINUED WAVE DOPPLER MODE, a se vedea pag. 13 din datasheet. PW - Da, PULSED WAVE DOPPLER MODE, a se vedea pag. 11 din datasheet. CFM - Da, COLOR DOPPLER MODE, a se vedea pag. 9 din datasheet. Afișare frecvență da - Da, a se vedea pag. 23 din datasheet „Frequency”. Afișare viteză da - Da, a se vedea pag. 19 din datasheet. Power Doppler da - Da, a se vedea pag. 11 din datasheet „POWER DOPPLER”. Duplex da - Da, a se vedea pag. 21 din datasheet „Duplex Mode”. Triplex da - Da, a se vedea pag. 21 din datasheet „Simultaneous Mode”. FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da - Da, a se vedea pag. 30 din datasheet „MEASUREMENTS”. Diapazon dinamic selectabil da - Da, a se vedea pag. 27 din datasheet „Adjustable Dynamic Range”. Focalizare de transmisie ajustabilă da - Da, a se vedea pag. 27 din datasheet „Transmission Focus”. Focalizare de recepție dinamică da - Da, a se vedea pag. 27 din datasheet „Dynamic Receive Focus”. Măsurători pe rețeaua video da - Da, a se vedea pag. 27 din datasheet „Measurements/Calculations & Annotations on CINE”. Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică cu măsurare automată. -FL (Femur Length): Lungimea femurală - Da, a se vedea pag. 33 din datasheet „FL (R/L/NA). -HC (Head Circumference): Circumferința capului - Da, a se vedea pag. 31 din datasheet „HC (BPD, OFD)”. -BPD (Biparietal Diameter): Diametrul biparietal - Da, a se vedea pag. 31 din datasheet „BPD, OFD”. -AC (Abdominal Circumference): Circumferința abdominală - Da, a se vedea pag. 31 din datasheet „AC, TAD”. -HL (Humerus Length): Lungimea humerusului - Da, a se vedea pag. 31 din datasheet „HUM (R/L/NA)”. -Bătăile fătului și măsurimilor hemodinamice ca: -PI (Pulsatility Index): Indexul de pulsabilitate - Da, a se vedea pag. 8-31 din manual „PI”. -RI (Resistance Index): Indexul de rezistență - Da, a se vedea pag. 8-31 din manual „RI”. -PS (Peak Systolic Velocity): Viteza sistolică maximă - Da, a se vedea pag. 8-31 din manual „PS”. -DS (Diastolic Speed): Viteza diastolică - Da, a se vedea pag. 8-31 din manual „DS”. -Flow volume da - Da, a se vedea pag. 3-56 din manual „Volume Flow(D). Calcularea automată a translucecenței nucleale da - Da, utilizând presetul NT, a se vedea pag. 5-7 din manual. Vizualizare a fluxului sanguin da - Da, Power Doppler mode disponibil și softul S-Flow™ inclus în oferta de preț, a se vedea pag. 11 din datasheet. Tehnologia STIC da - Da, softul „XI STIC” inclus în oferta de preț, a se vedea pag. 23 din datasheet. Măsurarea automată a FHR da - Da, a se vedea pag. 27 din datasheet „Fetal Heart”. Calculor folicular da - Da, 2D Follicle și 5D Follicle incluse în oferta de preț, a se vedea pag. 18. PAN/ZOOM imagine în timp real da - Da, a se vedea pag. 6-4 din manual. imagine înghețată da - Da, a se vedea pag. 6-4 din manual. STOCARE IMAGINI Capacitate ≥512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) - Da, 512 GB SSD, a se vedea pag. 5 din datasheet . CINE Memory da - Da, a se vedea pag. 27 din datasheet. DICOM 3.0 COMPLIANT - Da, a se vedea pag. 27 din datasheet „DICOM 3.0 Compatible”. MONITOR integrat de control touch-screen ≥ 10 inch - Da, monitor touchscreen de 14 inch, a se vedea pag. 6 din datasheet. PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN - Da, toate pachetele și softurile OB/GYN sunt incluse în oferta de preț. Elastografie strain (de compresie manuală) da - Da, elastografie de compresie ElastoScan™, a se vedea V7_User_Manual_Ro pag. 6-147; Elastografie sharewave (compresie acustică) da - Da, softul și placa S-Shearwave Imaing™ incluse în oferta de preț, a se vedea pag. 6-70 din manual. Pediatric da - Da, a se vedea pag. 30 din datasheet „Pediatric”. Vascular da - Da, a se vedea pag. 30 din datasheet „Vascular”. Abele Optional - Da. Transrectal da - Da, a se vedea pag. 36 „2.10 Urology Measurement”. MONITOR Rezoluție înaltă, ≥1920 x 1080px ≥ 21” - Da, 21,5 inch, a se vedea pag. 6 din datasheet. Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual - Da, a se vedea pag. 5 din datasheet „Height/Th/Rotate Adjustable Monitor”. Încălzitor gel da - Da, inclus în oferta de preț, a se vedea pag. 5 din datasheet. Imprimantă digitală alb-negru da - Da, Sony printer B&W inclus în oferta de preț. Port USB USB 2.0/3.0 da - Da, a se vedea pag. 6 din datasheet. Gel 1 litru - Da, inclus în oferta de preț. Hârtie termică 5 buc. - Da, incluse în ofertade preț. LAN/NET RJ45 da - Da, a se vedea pag. 6 din datasheet „1000BASE-T Gigabit Ethernet”.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL. Adresa: mun. Chisinau, str-Ia Burebista 23