

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739280053393 21362873 din 11 02 2025
Obiectul achiziției: Instrumentar chirurgical pentru anul 2025 COP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot.1 Set de instrumente pentru histero-resectoscopie ginecologică		Italia	Endomed	Lot.1 Set de instrumente pentru histero-resectoscopie ginecologică	Lot.1 Set de instrumente pentru histero-resectoscopie ginecologică	CE, ISO
1.1 Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm (analogic cu Olympus WA22067A)	4401100,	Italia	Endomed	1.1 Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm (analogic cu Olympus WA22067A)	1.1 Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm (analogic cu Olympus WA22067A)	DM000697433
1.2 Set de teci de rezecție intern și extern cu obturator standard. Sterilizabil, 24/26 fr., cu prezenta a 2 stopcock-uri. Cu garnituri de etansiere pentru teaca de rezecție, compus din min. 2 inele mari, și 5	4413126, 4413127A, 4413130	Italia	Endomed	1.2 Set de teci de rezecție intern și extern cu obturator standard. Sterilizabil, 24/26 fr., cu prezenta a 2 stopcock-uri. Cu garnituri de etansiere pentru teaca de rezecție,	1.2 Set de teci de rezecție intern și extern cu obturator standard. Sterilizabil, 24/26 fr., cu prezenta a 2 stopcock-uri. Cu garnituri de etansiere	DM000700643 DM000700656 DM000700644

inele mici (5 set) (analogic la Olympus A42011A, A42021A si A22081A)				compus din min. 2 inele mari, si 5 inele mici (5 set) (analogic la Olympus A42011A, A42021A si A22081A)	pentru teaca de resectie, compus din min. 2 inele mari, si 5 inele mici (5 set) (analogic la Olympus A42011A, A42021A si A22081A)	
1.3 Inert de lucru/obturator visual, cu diametrul canalului de 8 - 9 fr., cu capac de etansare 3 set (set de 10 buc., reutilizabile). (Analogic la Olympus A42091A)	4413137	Italia	Endomed	1.3 Inert de lucru/obturator visual, cu diametrul canalului de 8 - 9 fr., cu capac de etansare 3 set (set de 10 buc., reutilizabile). (Analogic la Olympus A42091A)	1.3 Inert de lucru/obturator visual, cu diametrul canalului de 8 - 9 fr., cu capac de etansare 3 set (set de 10 buc., reutilizabile). (Analogic la Olympus A42091A)	DM000700647
1.4 Cablu monopolar pentru elementul de lucru propus compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303	2373067	Italia	Endomed	1.4 Cablu monopolar pentru elementul de lucru propus compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303	1.4 Cablu monopolar pentru elementul de lucru propus compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303	DM000700663
1.5 Ansa/electrozi de resectie/taiere, monopolar, autoclavabil, 24 fr., cu fir de 0.35, compatibil cu elementul de lucru propus (analogic la Olympus A22205A)	4423200	Italia	Endomed	1.5 Ansa/electrozi de resectie/taiere, monopolar, autoclavabil, 24 fr., cu fir de 0.35, compatibil cu elementul de lucru propus (analogic la Olympus A22205A)	1.5 Ansa/electrozi de resectie/taiere, monopolar, autoclavabil, 24 fr., cu fir de 0.35, compatibil cu elementul de lucru propus (analogic la Olympus A22205A)	DM000697442
1.6 Ansa/electrozi tip ac/cutit, monopolar, autoclavabil, 24 fr., compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22255A)	4423203	Italia	Endomed	1.6 Ansa/electrozi tip ac/cutit, monopolar, autoclavabil, 24 fr., compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22255A)	1.6 Ansa/electrozi tip ac/cutit, monopolar, autoclavabil, 24 fr., compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22255A)	DM000697445
1.7 Ansa/electrozi de coagulare, tip bila, monopolar, 24 fr, marime	4423205	Italia	Endomed	1.7 Ansa/electrozi de coagulare, tip bila, monopolar,	1.7 Ansa/electrozi de coagulare, tip bila,	DM000697449

mare sau diametru de 5 ± 2 mm, compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22258A)				24 fr, marime mare sau diametru de 5 ± 2 mm, compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22258A)	monopolar, 24 fr, marime mare sau diametru de 5 ± 2 mm, compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22258A)	
1.8 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 30° , cu diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	40 302 NE.HD + 49 010 C	Italia	Endomed	1.8 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 30° , cu diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	1.8 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 30° , cu diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	DM000700415
Lot.2 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 0° , cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	10 314 UA.HD 49 010 C	Italia	Endomed	Lot.2 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 0° , cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	Lot.2 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 0° , cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	DM000701032
Lot.4 Pensa de apucare, cu dinti de rechin/aligator, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru / obturator visual de 8 fr. (analogic la Olympus A4829)	4641023	Italia	Endomed	Lot.4 Pensa de apucare, cu dinti de rechin/aligator, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru / obturator visual de 8 fr. (analogic la Olympus A4829)	Lot.4 Pensa de apucare, cu dinti de rechin/aligator, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru / obturator visual de 8 fr. (analogic la Olympus A4829)	DM000700973
Lot.5 Pensa de tip hook, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru de 8 fr. (analogic la Olympus A4833)	42024023S	Italia	Endomed	Lot.5 Pensa de tip hook, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru	Lot.5 Pensa de tip hook, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru de 8 fr.	DM000700575

				de 8 fr. (analogic la Olympus A4833)	(analogic la Olympus A4833)	
Lot.6 Pensa de tip Johann, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 17 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare, compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69410M)	2403401, 2403400, 2373001	Italia	Endomed	Lot.6 Pensa de tip Johann, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 17 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare, compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69410M)	Lot.6 Pensa de tip Johann, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 17 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare, compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69410M)	DM000698680 DM000698679 DM000698713
Lot.7 Pensa de tip Maryland, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 15 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69416M)	2403404, 2403400, 2373001	Italia	Endomed	Lot.7 Pensa de tip Maryland, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 15 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69416M)	Lot.7 Pensa de tip Maryland, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 15 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69416M)	DM000698683 DM000698679 DM000698713

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe BUNIC În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durl esti, str Vasile Lupu 6