



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

IP Oficiul Național al Viei și Vinului
Cebotari Cristina Telefonul de contact 060012327E-mail ccebotari@wineofmoldova.com
ocds-b3wdp1-MD-1647518727413 din 05.04.2022

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	38900000-4	Hota de laborator	BSC-1300IIB2-X	China	Biobase	Dulap de evacuare totală a preparatelor chimice volatile în timpul executării analizelor de laborator, pentru protejarea probei, executorului și a aerului laboratorului. Clasa: II B2. Sistem de flux de aer: recirculare - 0%, evacuare - 100%. Dimensiune externă: 1300 x 750 x 2250 mm ± 50 mm. Fereastra din fata: sticlă securizată laminată, motorizată /electric, anti-UV. Viteza de intrare a aerului: 0.53 ± 0.025 m/s. Viteza fluxului aerului în jos: 0.33 ± 0.025 m/s. Filtru HEPA: două buc., eficiență de curățare - 99,99% la 0,3 μm. Zgomot: NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB. Lampă UV: 1 buc, 30W . Temporizator/timer UV. Lampă iluminatoare: 2 buc., lampa cu LED, 14W ± 5W. Intensitate iluminare ≥1000 lux. Consum electricitate: 850 W ± 100W. Prize hidric-protejate: două, sarcina totală: 500W ± 50W. LCD ecran: filtrul de evacuare și presiunea filtrului cu flux descendent, timpul de lucru al filtrului și al lămpii UV, viteza de intrare și debit descendent, durata de viață a filtrului, umiditatea și temperatura, timpul de lucru al sistemului. Țeava de eșapament: conducta PVC de 4 metri, diametru - 300 mm. Material: zona de lucru - oțel inoxidabil 304; Corp principal: oțel laminat la rece, cu acoperire cu pulbere antibacteriene. Alimentare, electricitate: AC 220V ± 10%, 50/60Hz.	Dulap de evacuare totală a preparatelor chimice volatile în timpul executării analizelor de laborator, pentru protejarea probei, executorului și a aerului laboratorului. Clasa: II B2. Sistem de flux de aer: recirculare - 0%, evacuare - 100%. Dimensiune externă: 1300 x 750 x 2250 mm ± 50 mm. Fereastra din fata: sticlă securizată laminată, motorizată /electric, anti-UV. Viteza de intrare a aerului: 0.53 ± 0.025 m/s. Viteza fluxului aerului în jos: 0.33 ± 0.025 m/s. Filtru HEPA: două buc., eficiență de curățare - 99,99% la 0,3 μm. Zgomot: NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB. Lampă UV: 1 buc, 30W . Temporizator/timer UV. Lampă iluminatoare: 2 buc., lampa cu LED, 14W ± 5W. Intensitate iluminare ≥1000 lux. Consum electricitate: 850 W ± 100W. Prize hidric-protejate: două, sarcina totală: 500W ± 50W. LCD ecran: filtrul de evacuare și presiunea filtrului cu flux descendent, timpul de lucru al filtrului și al lămpii UV, viteza de intrare și debit descendent, durata de viață a filtrului, umiditatea și temperatura, timpul de lucru al sistemului. Țeava de eșapament: conducta PVC de 4 metri, diametru - 300 mm. Material: zona de lucru - oțel inoxidabil 304; Corp principal: oțel laminat la rece, cu acoperire cu pulbere antibacteriene. Alimentare, electricitate: AC 220V ± 10%, 50/60Hz.	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38900000-4	Hota de laborator	Buc	1	106 720.0000	128 064.0000	106 720.00	128 064.00	30 zile de la semnarea contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							106 720.00	128 064.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu