

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

IMSP AMT Centru

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1730109655732 / 21303733 din 18.11.2024							
Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi de laborator pentru anul 2025						Lot 28	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33696500-0	Lot.28 Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj	MAU Test Cartridji nr.catalog W206	China	Wondfo	Determinarea Microalbuminei în urină (U-albumina) la analizator semiautomat existent, test tip cartridj. Set = 24 teste. Metoda cromatografică, cantitativă.	MAU -Determinarea Microalbuminei in urina (U-albumină) test-catridj, (la analizator semiautomat). Componența setului: 25 catridji-teste de unica folosință compatibile cu Analizatorul Finecare. Teste Înregistrate la AMDM cu nr. DM000372776. ANALIZATORUL - Înregistrat la AMDM cu nr.DM000372759	ISO, CE.

Nume: Varman Irina **În calitate de:** Administrator

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinau, Dokucaev 6 of.61

semnat electron