

DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice
- de încheiere a acordului-cadru
- de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 19/21005842 din "01" aprilie 2019

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți
Localitate	mun. Bălți
IDNO	1003602150710
Adresa	mun. Bălți, str. Decebal 101V
Număr de telefon	0 231 752 28
Număr de fax	0 231 725 88
E-mail	cmfbalti@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Arcadie Melintei

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	de atribuire a contractului de achiziții publice	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>	
Obiectul de achiziție	<i>Reactivi de laborator pentru anul 2019</i>	
Cod CPV	33696500-0	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)		
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1551425862002</i>	
	Link-ul: <i>https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1551425862002</i>	
Data și ora deschiderii ofertelor	Data: <i>22.03.2019</i>	Ora: <i>13:00</i>
Anunț de intenție publicat în BAP	Nu <input type="checkbox"/>	Da <input checked="" type="checkbox"/> Data: <i>01/03/2019</i> Link-ul: <i>https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1551425862002</i>
Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1551425862002</i>	
	Link-ul: <i>https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1551425862002</i>	
	Data publicării/ transmiterii: <i>01/03/2019</i>	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu <input type="checkbox"/>	acord-cadru <input type="checkbox"/> sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/> catalog electronic <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[indicați]</i>	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	<i>1 485 000.00</i>	

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici	Data depunerii cererii de participare
BIOSISTEM MLD S.R.L.	19/03/2019 11:17
DAC-SPECTROMED S.R.L.	21/03/2019 16:01
S.R.L. SANMEDICO	20/03/2019 12:10

4. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentației de atribuire	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

5. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	Indicați sursa utilizată și data publicării:
Transmise operatorilor economici înregistrați	Data:
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Cu _____ zile

6. Până la termenul-limită (data 21 martie 2019 ora 17:00), au fost depuse 6 oferte:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
<i>Lotul 1 - Reactiv pentru analizator biochimic automat BA-400 sistem închis (Biosistem, Spania)</i>		
BIOSISTEM MLD S.R.L.	1010600028048	POIATA VITALIE VASILE
<i>Lotul 2 - Reactiv pentru analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte, sistem închis</i>		
BIOSISTEM MLD S.R.L.	1010600028048	POIATA VITALIE VASILE
<i>Lotul 3 - Reactiv pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray, sistem închis</i>		
DAC-SPECTROMED S.R.L.	1002600042432	CHIREEV IGOR VITALI
<i>Lotul 4 - Reactiv pentru analizator hematologic automat URIT-3020 (3-Diff)</i>		
DAC-SPECTROMED S.R.L.	1002600042432	CHIREEV IGOR VITALI
<i>Lotul 5 - Reactiv pentru coagulometru Coatron Pro X Teco, Germania, sistem închis</i>		
S.R.L. SANMEDICO	1003602008154	GOREACII VITALIE ILIE
DAC-SPECTROMED S.R.L.	1002600042432	CHIREEV IGOR VITALI

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 22 martie 2019 ora 13:00.

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor economici	Data, ora prezentării	Notificări privind restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea operatorilor economici	Propunerea tehnică	Propunerea financiară	DUAЕ	Garanția pentru ofertă (după caz)
Lotul 1 - Reactiv pentru analizator biochimic automat BA-400 sistem închis (Biosistem, Spania)				
BIOSISTEM MLD S.R.L.	+	+	+	+
Lotul 2 - Reactiv pentru analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte, sistem închis				
BIOSISTEM MLD S.R.L.	+	+	+	+
Lotul 3 - Reactiv pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray, sistem închis				
DAC-SPECTROMED S.R.L.	+	+	+	+
Lotul 4 - Reactiv pentru analizator hematologic automat URIT-3020 (3-Diff)				
DAC-SPECTROMED S.R.L.	+	+	+	+
Lotul 5 - Reactiv pentru coagulometru Coatron Pro X Teco, Germania, sistem închis				
S.R.L. SANMEDICO	+	+	+	+
DAC-SPECTROMED S.R.L.	+	+	+	+

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul neprezentării)

Constatări/Comentarii (după caz): _____

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot <input checked="" type="checkbox"/>	Pentru mai multe loturi cumulate <input type="checkbox"/>	Pentru toate loturile <input type="checkbox"/>
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant		
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi		

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat	*Denumirea și numărul lotului (această rubrică se va completa în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire)
prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>	
costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>	
cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/>	
cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>	

10. Informația privind ofertele examinate:

Nr. lot	Denumirea lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Operatori economici									
				BIOSISTEM MLD S.R.L.		DAC-SPECTROMED S.R.L.		S.R.L. SANMEDICO		Denumirea OE		Denumirea OE	
				Preț unitar fără TVA	Coreșpondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Coreșpondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Coreșpondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Coreșpondere specificații tehnice	Preț unitar fără TVA	Coreșpondere specificații tehnice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Lotul 1 - Reactiv pentru analizat orbiochimic automat BA-400 sistem închis (Biosistem, Spania)	Conform pozițiilor	Conform pozițiilor	1 037 547.68	+	.		.					
2	Lotul 2 - Reactiv pentru analizat orionoselectiv Diamond Smartlyte, sistem închis	Conform pozițiilor	Conform pozițiilor	126 910.07	+	.		.					
3	Lotul 3 - Reactiv pentru analizat orhemotologic automat BS-3600, Mindray, sistem închis	Conform pozițiilor	Conform pozițiilor	.		229 940.00	+	.					
4	Lotul 4 - Reactiv pentru analizat orhemotologic automat URIT-3020 (3-Diff)	Conform pozițiilor	Conform pozițiilor	.		128 000.00	+	.					
5	Lotul 5 - Reactiv pentru coagulo metru Coatron Pro X Teco, Germania, sistem închis	Conform pozițiilor	Conform pozițiilor	.		88 000.00	.	83 060.00	+				

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)

- mostră la poziția Microcuva pentru coagulometru Coatron PRO X, TECO **nu corespunde** specificației tehnice depline solicitate (**Ambalaj 1*500 de la producător și trebuie să fie cu codul de la producător la fiecare cutie**)
- specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea fibrinogenului **fără diluție prealabilă** a plazmei **nu corespunde** specificației tehnice depline solicitate

***Informația privind factorii de evaluare se prezintă astfel:**

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare și ponderea fiecărui factor	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic		
Denumirea lotului		(se va indica punctajul total per lot)
Factorul 1		
Factorul n		
Denumirea lotului		(se va indica punctajul total per lot)
Factorul 1		
Factorul n		

*** Informația privind rezultatele licitației electronice:**

(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)

Denumirea operatorului economic	Runda 1	Runda 2	Runda 3
Lotul 5 - Reactivi pentru coagulometru Coatron Pro X Teco, Germania, sistem inchis	Prețul fără TVA/noile valori	Prețul fără TVA/noile valori	Prețul fără TVA /noile valori
S.R.L. SANMEDICO	80999,00	80999,00	80999,00
DAC-SPECTROMED S.R.L.	81 000,00	73 000,00	73 000,00

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului	Clasamentul	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei fără TVA/Punctajul acumulat
Lotul 5 - Reactivi pentru coagulometru Coatron Pro X Teco, Germania, sistem inchis	1	DAC-SPECTROMED S.R.L.	73 000.00
	2	S.R.L. SANMEDICO	80 999.00

12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic	Documentul și/sau informația solicitată	Data transmiterii	Răspunsul operatorului economic
DAC-SPECTROMED S.R.L.	- mostră la poziția Microcuva pentru coagulometru Coatron PRO X, TECO - autorizație de la producătorul coagulometrului Coatron PRO X, TECO pentru Microcuva	25.03.2019, 16:10 e-mail	27.03.2019 - mostră la poziția Microcuva pentru coagulometru Coatron PRO X, TECO nu corespunde specificației tehnice depline solicitate (Ambalaj 1*500 de la producător și trebuie să fie cu codul de la producător la fiecare cutie)
DAC-SPECTROMED S.R.L.	- specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea timpului de protrombină (TP) - specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea fibrinogenului fără diluție prealabilă a plazmei	26.03.2019, 16:10 e-mail	27.03.2019 - specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea timpului de protrombină (TP) corespunde specificației tehnice depline solicitate 27.03.2019 - specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea fibrinogenului fără diluție prealabilă a plazmei nu corespunde specificației tehnice depline solicitate
S.R.L. SANMEDICO	- mostră la poziția Microcuva pentru coagulometru Coatron PRO X, TECO - autorizație de la producătorul coagulometrului Coatron PRO X, TECO pentru Microcuva - specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea timpului de protrombină (TP) - specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea fibrinogenului fără diluție prealabilă a plazmei	27.03.2019, 15:28 e-mail	28.03.2019 - mostră la poziția Microcuva pentru coagulometru Coatron PRO X, TECO corespunde specificației tehnice depline solicitate (Ambalaj 1*500 de la producător și trebuie să fie cu codul de la producător la fiecare cutie) 28.03.2019 - autorizație de la producătorul coagulometrului Coatron PRO X, TECO pentru Microcuva 28.03.2019 - specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea timpului de protrombină (TP) corespunde specificației tehnice depline solicitate 28.03.2019 - specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea fibrinogenului fără diluție prealabilă a plazmei corespunde specificației tehnice depline solicitate

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative: 25-26.03.2019

Data prezentării documentelor confirmative: 27.03.2019

Denumirea operatorului economic	Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE)			
Lotul 5 - Reactivi pentru coagulometru Coatron Pro X Teco, Germania, sistem închis	Denumire document	autorizație de la producătorul coagulometrului Coatron PRO X, TECO pentru Microcuva	specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea timpului de protrombină (TP)	specificația tehnică deplină (instrucția de utilizare) la poziția Set pentru determinarea fibrinogenului fără diluție prealabilă a plazmei
DAC-SPECTROMED S.R.L.		-	+	-
S.R.L. SANMEDICO		+	+	+

14. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării
DAC-SPECTROMED S.R.L.	- mostră la poziția Microcuva pentru coagulometru Coatron PRO X, TECO nu corespunde specificației tehnice depline solicitate (Ambalaj 1*500 de la producător și trebuie să fie cu codul de la producător la fiecare cutie) - instrucția de utilizare la poziția Set pentru determinarea fibrinogenului fără diluție prealabilă a plazmei nu corespunde specificației tehnice solicitate

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui de la pct. 14.

15. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:






Denumirea lotului	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Prețul total fără TVA	Prețul total cu TVA
Lotul 1 - Reactivi pentru analizator biochimic automat BA-400 sistem închis (Biosistem, Spania)	BIOSISTEM MLD S.R.L.	Conform pozițiilor	1 037 547,68	1 037 547,68	1 126 908,39
Lotul 2 - Reactivi pentru analizator ionoselectivDiamondSmartlyte, sistem închis	BIOSISTEM MLD S.R.L.	Conform pozițiilor	126 910,07	126 910,07	152 292,17
Lotul 3 - Reactivi pentru analizator hemotologic automat BS-3600, Mindray, sistem închis	DAC-SPECTROMED S.R.L.	Conform pozițiilor	229 940,00	229 940,00	265 080,00
Lotul 4 - Reactivi pentru analizator hemotologic automat URIT-3020 (3-Diff)	DAC-SPECTROMED S.R.L.	Conform pozițiilor	128 000,00	128 000,00	151 070,00
Lotul 5 - Reactivi pentru coagulometruCoatron Pro X Teco, Germania, sistem închis	S.R.L. SANMEDICO	Conform pozițiilor	80 999,00	96 478,80	96 478,80

16. Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

17. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Veaceslav Bațîr	președinte	
2	Stela Blîndu	membru	
3	Antoni Lisnic	membru	
4	Diana Moscvin	membru	
5	Arcadie Melintei	secretar	
6	Olga Bezdetnaia	expert	