

Specificații tehnice								
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1672751649075					Data: 24/01/2023	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		Reactivi și consumabile de laborator pentru necesitățile a.2023						Pagina: __ din __
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
2			3	4	5	6	7	8
64	Lotul - 64. Test rapid de diagnostic HIV 1/2	Lotul - 64. Test rapid de diagnostic HIV 1/2	One Step Anti-HIV (1&2) (Codul produsului:ITPW02153-TC40)	China	Intec Products	Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Testele trebuie să fie precificate de OMS. Produsul oferat trebuie să fie diferit de First response HIV 1-2.O Card test (produs de către Premier Medical Corporation Private Limited), deoarece acest produs a fost desemnat câștigător pentru test de alternativa 1 în cadrul Programului Național.	Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării –15 minute. Sensibilitatea la HIV 100% Specificitatea la HIV 100% Testele trebuie să fie precificate de OMS.	Precalificare OMS

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23