

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1656329128668 din: 7 iul 2022, 13:30 - 18 iul 2022, 13:00

Obiectul achiziției: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare (REPETAT)

NR. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	42900000-5	Frigider combinat cu congelator de laborator.	EDK-D425	Turcia	EMSAS	Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta: ~180/150 lit; Congelator bruta/neta: ~ 180/150 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. rafturi: 4 + 2 fixe; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție; Izolație fără HCFC și CFC.	Da da da da da da da da da da da da da da da da da da Conform broșurii anexate	CE/ISO
1	42900000-5	Frigider cu congelator de laborator	EDK-D500	Turcia	EMSAS	Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Capacitate: minim 700-800 lit; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta: ± 500 lit; Congelator bruta/neta: ± 300 lit;	Da da da 540 lt total da 375 lt 158 lt	CE/ISO

					<p>Cu sistem de răcire; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție; Izolație fără HCFC și CFC.</p>	<p>da da Da da da Da Da Da Da Da da</p> <p>Conform broșurii anexate</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**