

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Centrul de Sanatate Soroca.

Numărul achiziției comerciale: 21032546, ocds-b3wdp1-MD-1608210068152.							Data: 24.01.2020	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți de laborator și consumabile (sistem închis).							Lot:	pag. 1 din 2
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 3. Reagenți, calibratori și material de control p/u coagulometru CA-02 Clindag.

1	33696500-0	Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu, volumul flaconului ≤ 5ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33696500-0	Fibrinogen	Fibrinogen-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Fibrinogen, volumul flaconului ≤ 2ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33696500-0	Imidazol	Imidazol-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Imidazol, volumul flaconului ≤ 15ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33696500-0	Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT)	Control Plasma L1	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Plasmă de control cu nivel normal (PT, FIB, TT, APTT), volumul flaconului ≤ 1ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33696500-0	Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT)	Control Plasma L2	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Plasmă de control cu nivel patologic (PT, FIB, TT, APTT), volumul flaconului ≤ 1ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
6	33696500-0	Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT)	Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Plasmă de Calibrare (PT, FIB, TT, APTT), volumul flaconului ≤ 1ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Lot 13. Reagenți pentru investigații clinice generale.

13	33696500-0	Test rapid pentru determinarea singelui ocult în materii fecale	FOB-F-Strip-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Setul va conține: dispozitivul de diagnosticare, în forma de casetă cu bandă / test imunocromotografic. Tuburi colectoare pentru probe cu onster .Marcaj CE, nr. Lot	Test rapid pentru determinarea sângelui ocult în materii fecale. Setul va conține: dispozitivul de diagnosticare, în forma de casetă cu bandă/test imunocromotografic. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
----	------------	---	-----------------	---------	----------------	---	---	----------

Lot 14. Specificații standart pentru investigații serologice.

14	33696500-0	RPR-Carbon-p/u MRS (Luis).	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	RPR-Reagent 5ml. RPR-Control pozitiv, RPR-Control negativ, lama-slaid de unică folosință, baghete de amestecat. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj,să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set,sa fie de la acelasi producator.	RPR - Carbon pentru MRS. RPR-Reagent 5ml. RPR-Control pozitiv, RPR-Control negativ, lamă-slaid de unică folosință, baghete de amestecat. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
----	------------	----------------------------	----------------	---------	----------------	--	--	----------

Lot 21. Specificatii standart p-u investigatii imunologice.

1	33696500-0	ASLO - LATEX	ASLO-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Latex-test	ASLO Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33696500-0	RF - LATEX	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Latex-test	RF Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33696500-0	CPR - LATEX	CRP-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Latex-test	CRP Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Lot 25. Veselă și articole de ustensilă.

25	33696500-0	Lancete din plastic G21	blood lancet, twist type, 28G (packing: 100pcs/box ,10000pcs/carton	China	RMD	Conform anunțului	Lanțetă din plastic G28 sterilă, în ambalaj individual. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
----	------------	-------------------------	---	-------	-----	-------------------	--	----------

Lot 29. Veselă și articole de ustensilă.

29	33696500-0	Support p/u dozatoare	Pipette Stand, Linear Stand, holds up to 6 pipettors	China	Dlab	-	Stand din plastic cu capacitatea de 6 pipete automate / micropipete. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
----	------------	-----------------------	---	-------	------	---	--	----------

Lot 30. Veselă și articole de ustensilă.

30	33696500-0	Virfuri pentru dozatoare albastre 100-1000	Gilson Tip 1000ul, 500pcs/bag, 30bags/carton	China	RMD	100-1000ml	Vârfuri din plastic 100-200-1000mkl (albastre). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
----	------------	--	---	-------	-----	------------	---	----------

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**În calitate de: **Director firmă**Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37****Data: 24.01.2020****Valabilitatea ofertei - 30 zile.**