Anexa nr. 22

La Documentatia standard nr. "115" din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1750428252689**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.17)**

Autoritatea contractantă: **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

nr. crt	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	33100000-1	Lampă germicidă (varianta staționară 20m)	Lampă germicidă (varianta staționară 20m)	OBB-30S	Ucraina	Bactosfera	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare ≥ 20 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului da	Lampă germicidă (varianta staționară 30m) Cod 130150 Descriere Lampă de quarț pentru sterilizarea aeului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare 40 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor 9000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului	CE, ISO Declaratie de conformitate
4	33100000-1	Termometru pentru frigider	Termometru pentru frigider	TC-7M1	Ucraina	Steclopribor	Dimensiuni: 130 x 20 mm ±10 mm; Interval de temperaturi: - 30°C + 30°C; Nu conține mercur; Dotat cu cârlig de fixare; Dispune de certificat de metrologie.	Dimensiuni: 130 x 20 mm ±10 mm; Interval de temperaturi: - 30°C + 30°C; Nu conține mercur; Dotat cu cârlig de fixare; Dispune de certificat de metrologie. Paj.53	CE, ISO, Declarație de conformitate

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Digitally signed by Potînga Stela
Date: 2025.07.04 11:29:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ