

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1731510304852 din 13.11.2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 33)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 3 Lampă germicidă 130160						
Lot nr. 3 Lampă germicidă 130160	Lampă germicida (varianta mobilă) Model Corp cu Lampa UV 3x30W AMDM DM000564951	R Moldova	”Caravan Express” SRL	Lampă germicida (varianta mobilă) Cod 130160 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul Mîner pentru transportare min. 3 roți min. 2 cu frînă Numar de tuburi 3 tuburi $\geq 30W$, $\geq 30 m^2$ Tuburile tuburile incluse în set ≥ 8000 ore Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 360 grade Lampă germicidă fără eliminarea ozonului da	Lampă germicida (varianta mobilă) Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz - fișa tehnică; Mîner pentru transportare da - broșură 1 ; 4 roți dintre care 2 cu frînă - broșura 2 ; Numar de tuburi 3 tuburi x 30W - pentru 90 m ² ; Tuburile sunt incluse în set - DA ; Timpul de funcționare a lămpilor - 10 800h ; Spectru de raze UV + vizibil - DA ; Unghiul de iradiere 360° - DA ; Lampă germicidă fără eliminarea ozonului - DA ; Corp cu lampă UV 3x30W dotat cu telecomanda și timer. A se vedea fișa tehnică.	
Lot nr. 21 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) 260320						
Lot nr. 21 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	China	EDAN INSTRU MENTS, INC.	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)Cod260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația	

baza cu accesorii Adult) 260320	Model X12 AMDM DM000577957		Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST obligatoriu Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respirației Adult diapazon min.0-120rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare"obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc)	Tip pacient Adult,pediatric - DA,Datasheet pag1-5; Display,tip Diagonala ≥ 12 inch DA, Datasheet pag1; LCD TFT sau LED - DA, Datasheet pag 1-5; "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 - DA 13, Datasheet pag 1-5; Parametri afișați Semnal ECG DA, Datasheet pag1-5; Pulsul - DA, Datasheet pag 1-5; SpO2 - DA, Datasheet pag 1-5; Fotopletismogram - DA, Datasheet pag 1-5; Presiunea sanguină neinvaziv - DA, Datasheet pag 1-5; Temperatura - DA, Datasheet pag 1-5; Analiza automată a undei ST Trendingul ST - DA, Datasheet pag 1-5; Media în analiza segmetului ST - DA, Datasheet pag 1-5; Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" - DA, Datasheet pag 1; I, II, III - DA, Datasheet pag 1; Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV - DA 1,25-40 mm/mV sau Auto , Datasheet pag 1; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB - DA 105 dB, Datasheet pag 2; Rata cardiacă diapazon - DA, 15 - 350 bpm Datasheet pag 2; Detectarea aritmiei - DA, Datasheet pag 2 Detectarea pacemaker - DA, Datasheet pag 2 Monitorizarea respirației Adult diapazon min. 0 - 120 rpm DA, Datasheet pag 2 "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare"- DA, Datasheet pag 3, IEC 60601-1 Standart; Modul SpO2 Diapazonul - DA, 0 - 100%, Datasheet pag 2, Acuratețea - Da, 70 - 100% ≤ 2 % Datasheet pag 2 Monitorizarea rata pulsului diapazon 30 - 300 bpm DA, Datasheet pag 3, Monitorizarea pletismogramei DA,Datasheet pag 2, "tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat"(exemplu: masimo, nellcor, etc) Edan Module SpO2, Datasheet pag 2;	
--	--	--	--	---	--

			Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ± 3mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0-50.0 °C Acuratețea ± 0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate obligatoriu Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu	Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon – DA, 10-290 mmHg, Datasheet pag 2; Regim de măsurare manual, automat, butonul Start DA, Datasheet pag 2; Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. - DA, 1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480 min sau la discreția utilizatorului, Datasheet pag 2; "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" - DA, Datasheet pag 2; Metoda de măsurare oscilometrică DA, Datasheet pag 2; "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ± 3mmHg DA, Datasheet pag 2; Modul Temperatura Diapazonul min. 0 - 50.0 °C DA, Datasheet pag 2; Acuratețea ± 0.1 °C DA, Datasheet pag 2; Rezoluția ≤ 0.1 °C DA, Datasheet pag 2; Număr de senzori - 1 unit. - DA, Datasheet pag 2; Protocoale de lucru preprogramate - DA, Datasheet pag 1; Protocoale de lucru setate de utilizator - DA, Datasheet pag 1; Memorie internă - DA, Datasheet pag 1; Trendingul evenimentelor - DA, Datasheet pag 1; Arhivarea datelor - DA, Datasheet pag 1; Imprimantă Încorporată - DA, Datasheet pag 1; Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s - DA, Datasheet pag 1; Înscriere continuă - DA, Datasheet pag 1; Preprogramate - DA, Datasheet pag 1; Personalizate - DA, Datasheet pag 1; Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz - DA, Datasheet pag 1; Baterie internă - DA, Datasheet pag 1; Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h - DA, >Datasheet pag 1; Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc.- DA, Ethernet / wireless / RS-232 Datasheet pag 1; Alarma Vizuala, sonora - DA, doc.User Man 39-67	
--	--	--	---	--	--

				Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablul ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului Hârtie termică 10 buc., să se indice codul produsului Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 roțile obligatoriu min. 2 roțile cu frână obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mâner pentru transportare obligatoriu "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu	Manjetă deconectată - DA, doc.User Manual 39-67 Manjetă defect - DA, doc.User Manual 39-67 Senzor SpO2 deconectat - DA, doc.User Man 39-67 Senzor SpO2 defect - DA, doc.User Manual 39-67 Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită - DA, doc.User Manual 39-67 Nivelul baterie scăzut - DA, doc.User Manual 39-67 Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită - DA, doc.User Manual 39-67 Lipsă sursă externă de alimentare - DA, doc.User Manual 39-67 Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore - DA, doc.User Manual 39-67 Ajustarea nivelului de alarmă - Da, doc.User Manual 39-67 <u>Accesorii</u> Cablul ECG cu 3 electrozi 2 buc - 01.57.471377017 Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc - 01.57.472011 Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește 2 buc - 02.57.225029 Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc - 01.15.040225 Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., - Cuff adult (27-35 cm) 01.57.470330 Cuff small adult (20,5-28 cm) 01.25.471329 Cuff Large adult (34-43 cm) 01.57.471331 Hârtie termică, 10 buc - 01.57.07835 Troleu pe roțile model - M01 DM000620044 5 roțile, 2 roțile cu frână - Da; coș pentru accesorii - Da; mâner pentru transportare - Da; "sistem de fixare a dispozitivului de suport" - Da.	
Lot nr. 22 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430						
Lot nr. 22 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Model H100B	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați.	<u>Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric</u> Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați – DA, A se vedea H100B Data sheet- V1.2;	

	AMDM DM000149244		Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2 % Rezoluția SPO2 ± 1 % Pulsul ± 1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Puterea semnalului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Display LED sau LCD obligatoriu Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului	Parametru Specificație Tip - Portabil - DA, H100B Data sheet- V1.2; Tip pacient Adult, pediatric - DA, H100B Data sheet- V1.2; Interval de măsurare Diapazon 0-100% - DA, H100B Data sheet- V1.2; Rata de măsurare - DA, Adult 70-100% ≤ 2 %, Pediatric 70-100% ≤ 3 %, H100B Data sheet- V1.2; Pulsul 25 bpm ~ 300 bpm - DA, H100B Data sheet- V1.2; Rezoluția SPO2 / 1% - DA, H100B Data sheet - V1.2; Pulsul / 1 bpm - DA, H100B Data sheet - V1.2; Afișaj SPO2 - DA, H100B Data sheet - V1.2, pag 35 H100B H100N Pulse Oximeter User Manual-ES Valoare pulsului - DA, H100B Data sheet - V1.2, pag 35 H100B H100N Pulse Oximeter User Manual-ES; Puterea semnalului - DA, H100B Data sheet- V1.2, pag 35 H100B H100N Pulse Oximeter User Manual -ES; Indicator baterie descărcată - DA, H100B Data sheet- V1.2, pag 35 H100B H100N Pulse Oximeter User Manual -ES; Display LED sau LCD - DA, H100B Data sheet- V1.2; Alarmer Auditiv, Vizual - DA, H100B Data sheet- V1.2, pag 35 H100B H100N Pulse Oximeter User Manual-ES; SpO2 și valoarea pulsului mare/mic - DA, H100B Data sheet- V1.2, Pag 35 H100B H100N Pulse Oximeter User Manual-ES Sensor deconectat - DA, H100B Data sheet- V1.2, Pag 35 H100B H100N Pulse Oximeter User Manual-ES Sensor epuizat - DA, H100B Data sheet- V1.2, pag 35 H100B H100N Pulse Oximeter User Manual-ES Buton de dezactivare alarmei sonore - DA, H100B Data sheet- V1.2; Alimentare Baterie reîncărcabilă, 220V 50Hz - DA, H100B Data sheet- V1.2;	
--	-----------------------------------	--	--	---	--

					Durata de viață ~ 48ore - DA, H100B Data sheet - V1.2; <i>Accesorii</i> Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc - codul produsului 02.01.210120 Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1buc - codul produsului 02.01.210121 Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc - codul produsului - 83.60.261429 Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc - codul produsului 21.21.064164013 Husă p/u transportare 1 buc - cod 01.56.465635	
Lot nr. 23 Pulsoximetru de buzunar 260440						
Lot nr. 23 Pulsoximetru de buzunar 260440	Pulsoximetru de buzunar Model SONOSAT F02T AMDM DM000305460	China	JIANGSU KONSUNG BIO MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY., LTD.	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore	<u>Pulsoximetru de buzunar Cod 260440</u> Model SONOSAT F02T Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoară pulsul, Indicele de perfuzie (PI) și saturația de oxigen (SpO2) – DA; <u>Parametru Specificație</u> Interval de măsurare SPO2 0 - 100% - DA; Pulsul 30 - 250 bpm - DA; Acuratețe SPO2 70 - 100 ± 2% - DA; Pulsul (18 - 250) 25 - 250 ± 3 bpm - DA; Rezoluția SPO2 1% 0...100% - DA; Pulsul 1 bpm - DA; Afișaj SPO2 - DA; Indicele de perfuzie (PI) - DA; Valoare pulsului - DA; Indicator baterie descărcată - DA; Carcasa Rezistent la șocuri, căderi - DA; Display LED type OLED 0.96 inch - DA; Alarmer Auditiv, Vizual - DA; Alimentare Baterie tip AAA Alkaline - DA; Stingerea automată în caz de neutilizare - DA; Durata de funcționare în continuu ≥ 20 ore - DA; Set de baterii inclus 1 set - DA; Broshura F02T.	

				Set de baterii inclus 1 set	
Lot nr. 46 Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 poziții)					
Lot nr. 46 Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 poziții)	Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 poziții) Model WANS 4060 AMDM DM000670135	Turcia	Schroder Medikal Ticaret A.S.	Descriere: Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare; Specificație tehnică: Tip multifuncțional cu 6-8 poziții; Tip pacient adult; Controlul pacientului: Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice; Funcționalități: poziționare sedentară, poziționare Trendelenburg, poziționare anti-Trendelenburg. Controlul de către asistentă: Blocarea control pacient; Greutatea maximă a pacientului ≥ 220 kg, cu etichetă pe pat; Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm; Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm; Sistem de blocare la minim 2 rotile. Parapete de protecție laterale; Extensia lungimii patului - opțională; Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm; Cintar electronic pacient; Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică - opțională; Alimentare 220 V, 50 Hz; Saltele lavabile ortopedică, antidecubit + accesorii.	Descriere: Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Da, (pag 1 brochura) Specificație tehnică: Tip multifuncțional cu 11 poziții (pag 1 brochura) Tip pacient adult Da (pag 1 brochura) Controlul pacientului: Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice - Da, (pag 2 brochura) Funcționalități: Înălțime în sus, înălțime în jos, Spătarul în sus (poziționare sedentară), Spătarul în jos, sprijinul picioarelor în sus, sprijinul picioarelor în jos, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg, Fowler, Semi Fowler și Poziția scaunului cardiac (pag 1 brochura) Controlul de către asistentă: Blocarea control pacient Da (pag 2 brochura) Greutatea maximă a pacientului 270 kg, cu etichetă pe pat (pag 2 brochura) Înălțime Ajustabilă 39-82 cm (pag 1 brochura) Rotile: Diametru 15 cm (pag 2 brochura) Sistem de blocare la 4 rotile (pag 2 brochura) Parapete de protecție laterale (pag 2 brochura) Sectiunea spate aibă cadru pentru detector radiologic 55 X 55 cm (pag 1 brochura) Cântar electronic pacient - Da, (pag 2 brochura) Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică - Manual CPR (pag 2 brochura) Alimentare 220 V, 50 Hz - Da, (pag 2 brochura) Saltele lavabile ortopedică, antidecubit Da, (pag 2 brochura) MT02 + IV-pole DM000669988
Lot nr. 48 Paravan					
Lot nr. 48 Paravan	Paravan cu 3 secții Model PM-003 AMDM DM000620020	R Moldova	”Caravan Express” SRL	Cu trei secții, cu structură robustă tubulatura ovală, vopsită cu pulbere epoxidică, draperii lavabile, cu 4 picioare reglabile care asigură stabilitatea ridicată.	Paravan cu 3 secții - cu structură robustă tubulatura ovală, vopsită cu pulbere epoxidică, draperii lavabile, cu 4 picioare reglabile care asigură stabilitatea ridicată - DA;
Lot nr. 50 Consolă medicală de alimentare suspendată de tavan					

<u>Lot nr. 50</u> Consolă medicală de alimentare suspendată de tavan	Consolă medicală de alimentare suspendată de tavan <u>Model</u> <u>MG-PENG-MD-S</u> <u>AMDM</u> DM000559638	Turcia	MEGASAN MEDIKAL GAZ SISTEMLERI TIBBI ALET VE CIHAZLAR A.S.	"Descriere: Consolă medicală de alimentare cu tensiune electrică și gaze medicale, suspendată de tavan pentru dispozitive medicale, cu brațe articulate ce gestionează eficient spațiul în sala de operație (înălțimea tavanului: 3.2 – 3.6 m). Propuneri CAPCS: Parametrul Specificația Descrierea și componența unității: consolă medicală de alimentare cu sistem de montare pe tavan da unitatea constă din brațe articulate da posibilitate de mișcare unității în plan orizontal și în plan vertical da posibilitate de reglare motorizată pe verticală a unității da modulul de distribuție cu prize de gaze medicale și prize electrice poziționat vertical da Caracteristica tehnică a unității capacitate de încărcare pe consolă ≥ 180 kg da unghiul de rotire a consolei minimum 330° da lungimea brațelor în sumă formează ≥ 1700 mm da distanța de manevrare motorizată pe verticală ≥ 300 mm da materialul rezistent la acțiunea detergenților și dezinfectanților, opțional fiecare braț se poate manevra independent da posibilitatea de blocare a brațelor în poziția dorită da sistem de management al cablurilor și conductelor de gaze da designul colțurilor anti-coliziune și forma rotunjită a raftului da Modulului de distribuție Obligatoriu	<u>A se vedea specificația semnată de către producător</u>	
--	--	---------------	--	---	--	--

				inălțimea modului de distribuție ≥ 1000 mm Opțional mişcarea modului de distribuție are loc pe arcul de cerc determinat de lungimea brațelor da butoane de control pentru reglarea consolei da șine verticale încorporate pentru accesorii da 3 rafturi cu dimensiune $\geq 500 \times 450$ mm da rafturile sunt dotate cu bare laterale pentru agățarea accesoriilor opțional 1 raft combinat cu sertar da 1 suport pentru pompe de perfuzie/infuzie cu brațe de extensie da posibilitatea de reglare a rafturilor și a suportului pentru pompe pe verticală da Componente necesare instalate pe modulul de distribuție prize electrice tip Schuko 16A, 220V 10 buc pin echipotențial 2 buc priză O2 2 buc priză Aer medical 2 buc priză VAC 2 buc priză AGSS 1 buc priză RJ45 2 buc Notă: fiecare priză enumerată mai sus să fie dotată cu cablu/ furtun propriu-zis, ce va trece prin brațele și articulației unității, marcate pentru o conectare ușoară de la baza acestuia. coș pentru accesorii medicale 1 buc accesorii de fixare a cablurilor 3 buc Alimentarea electrică a consolei medicale 220 V, 50/60Hz Serviciile incluse: livrarea la sediul beneficiarului, montarea și racordarea sursei de curent și a gazelor medicale,	
--	--	--	--	--	--

				darea în exploatare și trainingul pentru utilizatori da Garanție 24 luni da."		
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3