

Lista bunurilor și specificații tehnice

LOTUL nr.1

Nr.d/o	Cod CPV	Denumirea Bunurilor colicitate	Un it.d e mă sur ă	Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată Standarte de referință
1		Reagenți,calibratori și materiale de control pentru analizatorul biochimic automat A-15,Biosystems (sistem închis),a.17 ord.nr.374 a MS din 05.05.2014			
1.1	33696500-0	AST (GOT)	ml	2750	Cerințe generale,ambalaj standart pentru A-15,flacoane cu volum pînă la 50 ml.Firma cîștigătoare a reagenților să prezinte certificat eliberat de producătoril utilajului privind compatibilitatea reagențelor propuși cu utilajul medical pentru care vor fi utilizate.Să prezinte certificat de la producător privind pregătirea specialistelor pentru deservirea tehnică emis de compania producătoare.Firma cîștigătoare a reactivelor vor evecua și deservirea tehnică a aparatajului.
1.2	33696500-0	ALT(GPT)	ml	2750	Cerințe generale,ambalaj standart pentru A-15,flacoane volum pînă la 50 ml
1.3	33696500-0	Albumina(Albumin)	ml	400	Cerințe generale,ambalaj standart pentru A-15,flacoane volum pînă la 50 ml
1.4	33696500-0	Alcaline phosphotase(ALP)	ml	300	Cerințe generale,ambalaj standart pentru A-15,flacoane volum pînă la 20 ml
1.5	33696500-0	Alfa-Amilazatalfa	ml	1600	Cerințe generale,ambalaj standart pentru A-15,flacoane volum pînă la 20 ml
1.6	33696500-0	Bilirubin totală(Bilirubin total)	ml	2500	Cerințe generale,ambalaj standart pentru A-15,flacoane volum pînă la 50 ml
1.7	33696500-0	Bilirubindirectă(Bilirubin direct)	ml	2500	Cerințe generale,ambalaj standart pentru A-15,flacoane volum pînă la 50 ml
1.8	33696500-0	Calciu(Calcium Arsenazo)	ml	500	Cerințe generale,ambalaj standart pentru A-15,flacoane volum pînă la

					50 ml
1.9	33696500-0	Cholesterol total (cholesterol)	ml	1500	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 50 ml
1.10	33696500-0	Createnina (Createnine)	ml	2000	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 50 ml
1.11	33696500-0	Glucoza (glucoze)	ml	4000	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 50 ml
1.12	33696500-0	Fier (Iron-Ferozine)	ml	500	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 50 ml
1.13	33696500-0	HDL Colesterol (HDL colesterol)	ml	240	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 20 ml
1.14	33696500-0	LDL Colesterol (LDL Colesterol)	ml	240	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 20 ml
1.15	33696500-0	Fosfor (Fosphor)	ml	300	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 25 ml
1.16	33696500-0	Magneziu (Magnezium)	ml	300	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 25 ml
1.17	33696500-0	Proteina totală (Total protein)	ml	1500	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 50 ml
1.18	33696500-0	Acidul uric (uric acid)	ml	500	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 50 ml
1.19	33696500-0	Trigliceridele (Triglicerides)	ml	600	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 50 ml
1.20	33696500-0	Uree (Urea)	ml	2250	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 50 ml
1.21	33696500-0	Colinesterdza (cholinesterdse)	ml	200	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 50 ml
1.22	33696500-0	Creatin chinatat totală (creatin kinaze totale)	ml	300	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 50 ml
1.23	33696500-0	Multicalibrator biochimic uman	ml	75	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 5 ml
1.24	33696500-0	Control set biochimic normal uman	ml	100	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 5 ml
1.25	33696500-0	Control ser biochimic patologic uman	ml	100	Cerințe generale, ambalaj standart pentru A-15, flacoane volum pînă la 5 ml

**Accesorii,consumabile,piese de schimb pentru analizatorul biochimic A-15 Biosystems( sistem închis )a 18 ord. MS nr.274 din 05.05.2014**

Nr.d/o	COD CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit.măs.	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată.Standarte de referință
1.26	33696500-0	Cuvă pentru set 2 ml 1000 buc-set	buc	8000.00	Specific pentru A-15,dimensiuni 13x75x24,90mm,volum 2ml,set 1000buc,cerințe generale.
1.27	33696500-0	Rotor de reacție.10 buc-set.	set	40.00	Cerințe generale,CE,certificat obligatoriu,autorizație de la producător,set10 buc.
1.28	33696500-0	Soluție concentrată de spălare 100ml-set pentru A-15	buc	2,00	Cerințe generale,flacoane cu folumul pînă la 100ml,fără clor
1.29	33696500-0	Soluție concentratăde sistem 1000ml-set pentru A-15	buc	2,00	Cerințe generale,flacoane cu folumul pînă la 1000ml,fără clor
1.30	33696500-0	Soluție de spălare fl.1000ml pentru A-15	buc	1.00	Cerințe generale,flacoane cu folumul pînă la 1000ml,fără clor
1.31	33696500-0	Pneumohidro cilindri pentru capac	set	1,00	Cerințe generale,2buc-set,compatibil cu analizatorul.
1.32	33696500-0	Ac pentru dozarea reactivelor	buc	1,00	Cerințe generale
1.33	33696500-0	Lampă fotometrică pentru A-15 CV	buc	2.00	Timp de lucru-2000 ore
1.34	33696500-0	Garnitură pentru pompa de dozare	buc	1.00	Cerințe generale
1.35	33696500-0	Set de rulmenți pentru manipulator	set	1.00	Cerințe generale,