

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1640332200009 din 28.01.2022
Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanță preventivă/corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2022

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 111 Detector X-Ray MXD8192	Detector X-Ray MXD8192	Belarus	LINEV ADANI LTD	Piese compatibile cu Mamograf Digital Mamscan , producator ADANI, Belarus Modelul piesei MXD8192 Piesa trebuie sa fie montata , calibrata și pusa în funcțiune de către specialist autorizat de producătorul dispozitivului medical. Condiții de livrare : la sediul beneficiarului în termen de maxim 45 zile calendaristice de la semnarea contractului. Garanția pentru piesa – minim 12 luni.	Piese ORIGINALA pentru Mamograf Digital Mamscan , producator ADANI, Belarus Modelul piesei MXD8192 Piesa va fi montată, calibrată și pusă în funcțiune de către specialist autorizat de producătorul dispozitivului medical. Condiții de livrare : la sediul beneficiarului în termen de maxim 45 zile calendaristice de la semnarea contractului. Garanția pentru piesa – 12 luni.	CE & ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____