

## SYSTEMERKLÄRUNG

### SYSTEM DECLARATION

FotoFinder Systems GmbH  
Industriestraße 12  
84364 Bad Birnbach  
Deutschland

SRN: DE-MF-000007084

Wir erklären hiermit, dass nachstehende medizinische und nicht-medizinische Produkte

*We declare that the following medical and non-medical devices*

| Gerät / Device                                                | Basic UDI-DI (if applicable)            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Medizinischer / Medical PC "FotoFinder Silent Medical Server" | <i>Nicht anwendbar / not applicable</i> |
| FotoFinder medicam 1000s                                      | 426015845MC001WG                        |
| FotoFinder PolFlash XE                                        | <i>Nicht anwendbar / not applicable</i> |
| Canon SLR Kamera / camera                                     | <i>Nicht anwendbar / not applicable</i> |
| Positioning mat ATBM                                          | <i>Nicht anwendbar / not applicable</i> |
| Laser Liner                                                   | <i>Nicht anwendbar / not applicable</i> |
| Camera drive electric motor and linear drive system           | <i>Nicht anwendbar / not applicable</i> |
| FotoFinder Universe (Version 3)                               | 426015845FFU001XY                       |
| Gerätewagen / mobile cart "ATBM Tower"                        | <i>Nicht anwendbar / not applicable</i> |
| Bildschirm / Monitor                                          | <i>Nicht anwendbar / not applicable</i> |
| Trenntransformator / Isolating Transformer                    | <i>Nicht anwendbar / not applicable</i> |

zu einem medizinisch elektrischen System in einer Weise, die mit der Zweckbestimmung der Produkte kompatibel ist, gemäß Art. 22 (EU) 2017/745 kombiniert werden:  
*are combined to a medical electrical system in a manner that is compatible with the intended purpose of the devices by means of Art. 22 (EU) 2017/745:*

#### "FotoFinder bodystudio ATBM master"

Basic UDI-DI: 426015845FFS001XJ

Um die Konformität dieser Kombination zu beweisen, haben wir

*In order to prove conformity of this combination, we*


1. die gegenseitige Vereinbarkeit der Medizin- und gegebenenfalls sonstigen Produkte entsprechend den Hinweisen der Hersteller geprüft und ihre Tätigkeiten entsprechend diesen Hinweisen durchgeführt  
*verified the mutual compatibility of the devices and, if applicable other products, in accordance with the manufacturers' instructions and have carried out their activities in accordance with those instructions;*
2. das System verpackt und die einschlägigen Benutzerhinweise angegeben, unter Einbeziehung der Informationen, die vom Hersteller der Medizin- und sonstigen zusammengestellten Produkte bereitzustellen sind,  
*packaged the system and supplied relevant information to users incorporating the information to be supplied by the manufacturers of the devices or other products which have been put together*
3. die Zusammenstellung von Medizin- und gegebenenfalls sonstigen Produkten zu einem System unter Anwendung geeigneter Methoden der internen Überwachung, Überprüfung und Validierung vorgenommen.

*verified and validated the activity of combining devices and, if applicable, other products as a system by appropriate methods*

Die einzelnen Produkte, sowie das gesamte System sind nicht steril, weswegen keine Sterilisierungs-Prozesse anwendbar sind.

*The individual devices, as well as the system are non-sterile, which is why no sterilization procedures are applicable.*

Bad Birnbach, 01.06.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Julian Mayer".

Julian Mayer, Authorized Officer