

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Procedura nr. [ocds-b3wdp1-MD-1731942493455](#) din 19.12.2024

DECLARAȚIE

Prin prezenta, Pharmony SRL, declară că:

1. termenul de valabilitate restant (la momentul livrării), va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului;

2. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.

Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

Cerințe obligatorii ce se vor respecta pentru bunurile ce se achiziționează:

1. Consumabilele pentru dializă corespund aparatajului utilizat în secțiile de hemodializă;

2. Materialele de consum vor fie biocompatibile și ambalate steril cu o valabilitate de utilizare cel puțin de 2 ani;

3. Dializatorul va corespunde cerințelor calitative solicitate de către cumpărător;

4. Pentru asigurarea compatibilității procedurilor de hemodiafiltrare, materialele de consum destinate hemodiafiltrării necesită a fi livrate numai în set: hemodiafultrul + liniile (magistralele) pentru sânge + acele pentru puncție + liniile de protecție + filtrul suplimentar pentru filtrarea dializatului;

5. Sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă:

1) Sărurile (soluțiile) concentrate pentru hemodializă trebuie să corespundă cerințelor universale pentru astfel de proceduri și să fie livrate în ambalaj corespunzător, fără a avea contact cu aerul sau apa;

2) Pentru aparatul firmei Fresenius se acceptă numai săruri concentrate granulate (toate secțiile dispun de mixere pentru pregătirea soluțiilor concentrate de dializă) sub forma de compoziție chimică: hemodializă – bicarbonat sau posibilitatea utilizării concentratelor de dializă în cartridge (cartușe), fără o reglare prealabilă a aparatului.

3) Termenul de valabilitate a sărurilor granulate trebuie să corespundă cerințelor solicitate;

4) Se acceptă livrarea concentratului de dializă în canistre în formă lichidă (soluție) sau componente lichide și cartușe în secțiile care nu dispun de mixere (pentru aparatele Dialog, BBraun);

6. Dezinfectantele se vor livra sub formă de soluții concentrate, în canistre ermetic ambalate și trebuie să fie compatibile cu aparatul de hemodializă instalat în secțiile solicitate. În cazul livrării dezinfectantelor noi, este indispensabilă instrucțiunea corespunzătoare de utilizare a lor și măsurile de securitate.

7. Cateterele dublu-lumen, alte consumabile vor fi livrate în conformitate cu cerințele calitative și specificarea solicitantului (caracteristica, dimensiunile, gradația internațională, ș.a.). Nu se acceptă catetere rigide care se frâng.

Director

Alexandru ȘARCO