

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21005840 din 01 Martie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile si produse parafarmaceutice pentru perfuziologie si terapie intensiva

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1		2	3	4	5	6	7
33100000-1	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă Nomenclatura solicitata 5,5	100/150/055	Marea Britanie	Smiths	Nomenclatura solicitata 5,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 5,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/055 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă Nomenclatura solicitata 6	100/150/060	Marea Britanie	Smiths	Nomenclatura solicitata 6 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 6 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/060 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă Nomenclatura solicitata 6,5	100/150/065	Marea Britanie	Smiths	Nomenclatura solicitata 6,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 6,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/065 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă Nomenclatura solicitata 7	100/150/070	Marea Britanie	Smiths	Nomenclatura solicitata 7 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 7 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/070 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă Nomenclatura solicitata 7,5	100/150/075	Marea Britanie	Smiths	Nomenclatura solicitata 7,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 7,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/075 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă	Tuburi pentru intubare endotraheali cu manjetă Nomenclatura solicitata 8	100/150/080	Marea Britanie	Smiths	Nomenclatura solicitata 8 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 8 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.

Standarde de referință
8

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1		2	3	4	5	6	7
33100000-1	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă Nomenclatura solicitată 8,5	100/150/085	Marca Britanică	Smiths	Nomenclatura solicitată 8,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopacă Obligator Termoplastica la 37°C Obligator Baloneta de presiune joasă Obligator Presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg Marcaj în cm Obligator	Nomenclatura solicitată 8,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopacă Obligator Termoplastica la 37°C Obligator Baloneta de presiune joasă Obligator Presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg Marcaj în cm Obligator Codul Produsului: 100/150/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
33100000-1	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă Nomenclatura solicitată 9	100/150/090	Marca Britanică	Smiths	Nomenclatura solicitată 9 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopacă Obligator Termoplastica la 37°C Obligator Baloneta de presiune joasă Obligator Presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg Marcaj în cm Obligator	Nomenclatura solicitată 9 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopacă Obligator Termoplastica la 37°C Obligator Baloneta de presiune joasă Obligator Presiunea admisibilă în manjetă: Până la 40 mmHg Marcaj în cm Obligator Codul Produsului: 100/150/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7

Standarde de referință
8