

Grupului de lucru pentru

Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1758111958925 din data de 31.10.2025

Certificat de corespundere a standardului IEC-118-0 pentru aparatele auditive prezentate la licitație

Nr. ord.	specificații	BiCore B M 10	BiCore B P 10	Stretta HP
1	Anul lansării	2023	2023	2022
2	Experiența clinică	Mai mult de 1 an	Mai mult de 1 an	Mai mult de 1 an
3	Ieșirea maximală, dB	129 dB (Fișa teh. pag. 3)	139 dB (Fișa teh. pag. 2)	141 dB (Fișa teh. pag. 2)
4	Câștigul maxim, dB	65 dB (Fișa teh. pag. 3)	82 dB (Fișa teh. pag. 2)	81 dB (Fișa teh. pag. 2)
5	Nivelul de zgomot, dB	19 dB (Fișa teh. pag. 3)	15 dB (Fișa teh. pag. 2)	17 dB (Fișa teh. pag. 2)
6	Limita inferioară a diapazonului frecvențial, Hz	100 Hz (Fișa teh. pag. 3)	140 Hz (Fișa teh. pag. 2)	120 Hz (Fișa teh. pag. 2)
7	Limita superioară a diapazonului frecvențial, Hz	8100 Hz (Fișa teh. pag. 3)	6300 Hz (Fișa teh. pag. 2)	5900 Hz (Fișa teh. pag. 2)
8	Coeficientul distorsiunelor armonice, %	4/2/2/- (Fișa teh. pag. 3)	5/4/1/- (Fișa teh. pag. 2)	5/4/1/- (Fișa teh. pag. 2)
9	Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului	12 (Fișa teh. pag. 8)	12 (Fișa teh. pag. 8)	32 (Fișa teh. pag. 6)
11	Anti-feedback	Prezent (Catalog. Pag 28)	Prezent (Catalog. Pag 29)	Prezent (Fișa teh. pag. 6)
12	Dimensiuni minimale	da	da	da
14	Accesoriile unui set PA, (conform solicitării în Documentatia Standard)	da	da	da
15	Termenul de garanție 24 luni	da	da	da
16	Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei la Chișinău și Bălți	da	da	da
17	Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru	da	da	da
	Aceste date pot fi gasite în următoarele documente	Date tehnice BiCore B M 10 Rexton Catalogue H2 2024	Date tehnice BiCore B P 10 Rexton Catalogue H2 2024	Date tehnice Stretta HP Stretta_Catalog

Data completării 26.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat Acustmed SRL

(semnătura electronica)