

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1661774689659 din 04 octombrie 2022
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2023 conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6	7	8
33100 000-1	1	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	ADV DSP BACKFLUSH SOFT TIP,25G	USA	Alcon	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon, steril	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon, steril DM000032661 Ref. 337.84	CE, ISO
33100 000-1	7	Burete absorbant oftalmic	Burete absorbant oftalmic	MICROSPONGE SHARP TIP 25X10'S	USA	Alcon	Bureti absorbanti fara scame, din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi,	Bureti absorbanti fara scame, din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi, DM000043889 Ref. 8065100003	CE, ISO
33100 000-1	10	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (22911)	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), cu puna de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm, cu puna de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. Ref. 22911	CE, ISO
33100 000-1	11	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (22912)	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic.Ltd.Şti.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), cu puna de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm, cu puna de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. Ref. 22912	CE, ISO
33100 000-1	25	Casete combinate pentru cataracta și facoemulsificare	Casete combinate pentru cataracta și facoemulsificare	PACK,INT PL0.9MM ULTRA MF45K6'	USA	Alcon	1) Pentru Alcon Infinity Facoemulsificator: 25 g; 2) Sterile;	1) Pentru Alcon Infinity Facoemulsificator: 25 g; 2) Sterile; Ref. 8065752087	CE, ISO
33100 000-1	26	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie	25+ CMB PAK 10K CPM,V,STD 0.9	USA	Alcon	1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile;	1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile; DM000324187 Ref.8065752450	CE, ISO
33100 000-1	27	Casete pentru facoemulsificare C	Casete pentru facoemulsificare C	ANT PAK,0.9,W/0 PROBE/IL 6 S	USA	Alcon	1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile;	1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile; DM000324185 Ref.8065751155	CE, ISO

33100 000-1	28	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G	CHANDELIER, 25GA,W/RFID 12 S	USA	Alcon	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril DM000324160 Ref.8065751577	CE, ISO
33100 000-1	31	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc	Lentila SA60AT	USA	Alcon	Cu cartuş pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acrylic,metacrilat,hydrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG-laser compatibili.	Cu cartuş pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acrylic,metacrilat,hydrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG-laser compatibili. DM000001567 Ref. SA60AT	CE, ISO
33100 000-1	32	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuş inclus	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuş inclus	Lentila SN60WF	USA	Alcon	Cu cartuş pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrylic,metacrilat, hydrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG-laser compatibili.	Cu cartuş pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrylic,metacrilat, hydrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât şi a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) şi va fi indicat pe ambalajul steril, cât şi pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru şi YAG-laser compatibili. DM000001572 Ref. SN60WF	CE, ISO

33100 000-1	35	Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica	Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica	Lentila CZ70BD	USA	Alcon	Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulatia hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrica: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulatia hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrica: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Ref. CZ70BD	CE, ISO
33100 000-1	36	Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus	Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus	Lentila MA60AC	USA	Alcon	Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *	Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. DM000269792 Ref. MA60AC	CE, ISO

33100 000-1	45	Cristalin artificial multifocal	Cristalin artificial multifocal	Lentila TFNTxx	USA	Alcon	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. DM000036249 Ref. TFNT00	CE, ISO
33100 000-1	47	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic	Lentila SN6ATx	USA	Alcon	Acrilic, metacrilat, hidrofof, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6,0D --> +34,0D. Pasul 0.5 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. .	Acrilic, metacrilat, hidrofof, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6,0D --> +34,0D. Pasul 0.5 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. . DM000036249.... Ref. SN6ATx	CE, ISO
33100 000-1	68	Foarfece endooculare cu tăiere vertical	Foarfece endooculare cu tăiere vertical	ADV DSP TIP MPC VERTICAL	USA	Alcon	Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril	Foarfece endooculare 23 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril DM000032976 Ref. 723.26	CE, ISO
33100 000-1	69	Foarfece endooculare Curved	Foarfece endooculare Curved	REVOLUTION DSP 25GA CURVED	USA	Alcon	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril DM000032961 Ref. 705.52	CE, ISO
33100 000-1	72	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului	EXPRESS GLAUCOMA FILTRATION	USA	Alcon	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului, steril	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului, steril Ref. 24053	CE, ISO
33100 000-1	77	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System	ASSY SHIP KIT 0.9MM ULTRA 6 S	USA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm.	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm. DM000036085 Ref. 8065750517	CE, ISO
33100 000-1	80	Pense endooculare ILA	Pense endooculare ILA	REVOLUTION DSP 25GA+ILM FORCEP	USA	Alcon	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril DM000032672 Ref. 705.44P	CE, ISO

33100 000-1	81	Pense endooculare Tips: MAX Grip	Pense endooculare Tips: MAX Grip	MAXGRI.REV DSP FORCEPS,25G A+6'	USA	Alcon	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril DM000032975 ref. 705.13P	CE, ISO
33100 000-1	85	Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation	Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation	WIDE ANG ILL 25PLUS W/RFID 12	USA	Alcon	"Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril	"Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril DM000324159 Ref. 8065751486	CE, ISO
33100 000-1	86	Set pentru injectarea uleiului de silicon	Set pentru injectarea uleiului de silicon	ASSY,SHIP,CO NSTELLATIO N VFC 6	USA	Alcon	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation, Steril. Set=Bucată	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation, Steril. Set=Bucată DM000036077 Ref. 8065750957	CE, ISO
33100 000-1	87	Set pentru injectarea uleiului de silicon	Set pentru injectarea uleiului de silicon	ASSY,SHIP,CO NSTELLATIO N VFC 6	USA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril;	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; DM000036077 Ref. 8065750957	CE, ISO
33100 000-1	88	Sonda endolaser	Sonda endolaser	ASSY,SHIP,FL EX LSR RFID 25GA6	USA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril.	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril. DM000035993 Ref. 8065751114	CE, ISO
33100 000-1	94	Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G	Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G	25GA VALVED ENTRY SYS.3CT 12	USA	Alcon	25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril	25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril DM000036065 Ref. 8065751658	CE, ISO
33100 000-1	99	ULTRAVIT proba pentru vitrectomie 25G	ULTRAVIT proba pentru vitrectomie 25G	25+Bevel ULTRAVIT 10.000 CPM	USA	Alcon	25G ULTRAVIT proba pentru vitrectomie, 10000 de taieri, Tip: pneumatic, Steril	25G ULTRAVIT proba pentru vitrectomie, 10000 de taieri, Tip: pneumatic, Steril DM000337050 Ref. 8065752415	CE, ISO
33100 000-1	100	Vârf endodiatermo	Vârf endodiatermo	DIATHERMY PROBE DSP, 25GA	USA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G 3) Steril.	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G 3) Steril. Ref. 339.21	CE, ISO
33100 000-1	101	Vîrf pentru facoemulsificare p- u aparatul Constellation Vision System	Vîrf pentru facoemulsificare p- u aparatul Constellation Vision System	0.9MM ABS MINI 45K TIP 6	USA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 °, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 °, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini DM000036082 Ref. 8065752066	CE, ISO
33100 000-1	103	Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringă 0.3 - 0.5 ml	Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml	VISCOAT	USA	Alcon	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat), seringă 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat), seringă 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular Ref. 0004520089	CE, ISO
33100 000-1	107	Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatur ALCON INFINITI	Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatur ALCON INFINITI	MONARCH III "D" CARTRIDGE 10'S	USA	Alcon	cartridj III D p/u aparatul ALCON INFINITI	cartridj III D p/u aparatul ALCON INFINITI DM000002500 ref. 8065977763	CE, ISO

33100 000-1	108	Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI	Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI	INF ULTRAVIT 23GA ANTVIT PAK6	USA	Alcon	Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI, 25GA steril,unica folosinta	Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI, 25GA steril,unica folosinta DM000337042 Ref. 8065751196	CE, ISO
33100 000-1	109	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	DIATHERMY PROBE DSP, 25GA	USA	Alcon	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta Ref. 339.21	CE, ISO
33100 000-1	110	PIESE p/u irigatie- aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	PIESE p/u irigatie- aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI	ASSY,SHIP,I/A INTREPID BM HP6	USA	Alcon	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta DM000036056 Ref. 8065751922	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Igor Perepelița

În calitate de: Director general

Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3