

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

IMSP Institutul de Ftziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1745870859903 / 21412253 din 13.05.25						Lot : 1 , 6 , 8 ,11 , 12 , 14	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Reagenți pentru activitatea Laboratorului /analize /medicale pentru anul 2025 lista finală clinică							Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea poziție	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33696500-0	Lotul 1 - Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B si GDH a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica	Clostridium GDH+A+B cassetta nr.catalog ICD-635	China	ALLTEST	Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B si GDH a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica	Test rapid - Determinarea toxinelor A si B ,GDH si Clostridium difficile in masele fecale ,metoda imunocromatografica Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377324. Se anexeaza: CE , Declaratie Conformity, Catalog, Instructia.	ISO, CE.
33696500-0	Lotul 6 - Set *100 teste - strip diagnostic /urina (sânge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica)	Urinalis Reagent Dipstiks U-10 nr.catalog U031-10	China	ALLTEST	Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9, Metoda calitativă de culoare	U-10-Glucoza -2,5-5 mmol/l; cetone 2,5-5mg /dl; nitrite 0,05-0,1 mg /dl; proteine 7,5-15mg /dl; bilirubina 0,4-1,0 mg /dl; urobilinogen 0,2-1,0 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică(SG) 1000 -1030; pH 5 -9, leocitele 9-15. Metoda calitativă de culoare (10 parametri). Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377351. Se anexeaza: CE , Declaratie Conformity, Catalog, Instructia .	ISO, CE.
33696500-0	Lotul 8 - PCT ,test-caseta	PCT (Procalcitonin) caseta Nr.catalog CPC-402	China	ALLTEST	metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea 98-100%	PCT - Test rapid pentru determinarea procalcitoninei in singe , sensibilitatea 98,7 % Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377337. Se anexeaza: CE , Declaratie Conformity, Instructia.	ISO, CE.
33696500-0	Lotul 11 - Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica	Streptococ cassetta nr.catalog ISP-102	China	ALLTEST	Streptococ Pneumoniae test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica	Streptococ Pneumoniae - test urinar-card test metoda calitativă imunohromatografica. Se anexeaza: CE , Declaratie Conformity, Instructia.	ISO, CE.
33696500-0	Lotul 12 - Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica	Legionella cassetta nr.catalog LEG-102	China	ALLTEST	Legionella pneumophila , test urinar , card test ,metoda calitativa , imunocromatografica	Legionela pneumophila -test urinar-card test metoda calitativă imunohromatografica. Se anexeaza: CE , Declaratie Conformity, Instructia.	ISO, CE.
33696500-0	Lotul 14 -Test rapide influenza (Gripa A+ B)	Influenza A+B caseta Nr .catalogului IIN-502	China	ALLTEST	Test rapide influenza (Gripa A+ B)	Test rapid influenza (Gripa A+ B) - pentru determinarea gripei A si B din probe nazale , caseta Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377309. Se anexeaza: CE , Declaratie Conformity, Instructia.	ISO, CE.

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokucaev 6_of.61
semnat electronic