



R 0192738

AUTORITATEA CENTRALĂ DE METROLOGIE
A REPUBLICII MOLDOVA

ICS NORMATEST SRL

(denumirea organizației care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. 13/00155

Mijloc de măsurare: Dozator medical DACpette
(denumirea și tipul mijlocului de măsurare)50-200 μ l No VE4A257422 China
(numărul de fabricație, producătorul)Solicitant E.S.P. «DAC-SpectroMed» SRL mun. Chișinău
(denumirea persoanei fizice, juridice)Verificat conform SM SREN ISO 8655-6:2013 și în baza rezultatelor
(indicativul reglementării de metrologie legală)este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate/ordinul $\pm 2,0\mu$

Data eliberării: "24" 03 2017

Valabil până la: "24" 03 2019

Șeful
laboratorului metrologic
(semnătura)Ciubara I.
(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

(semnătura)Ciubara I.
(prenumele, numele)Locul mărcii
metrologiceFalsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicate nu se eliberează