

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21056447/ ocds-b3wdp1-MD-1652437615294 din 16.06.2022
Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice (consumabile neurochirurgicale) – 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
13.Set câmpuri operații spinale	Thoracic Pack	Turcia	BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş	Componente în SET împachetat steril, jetabil, ambalaj individual: 1) Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare - 3 buc; 2) Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90.75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona	Componente în SET împachetat steril, jetabil, ambalaj individual: 1) Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare - 3 buc; 2) Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90.75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate	CE/ISO

				critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în șesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă - 2 buc; 3) .erve.ele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) - 4 buc; 4) Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației - 1 buc; 5) Cear.af cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafa.a, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în șesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 6) Cear.af steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm), Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafa.a, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în șesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 7) Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2 - 1 buc; 8) Cateter de aspirație 12CH, minim 0,5m - 1 buc; 9) Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) - 1 buc; 10) Seringa 20ml, Luer lock - 3 buc; 11) Mânere sterile pentru lampa de operație - 2 buc; 12) Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm, din poliuretan minim 25mcm grosime - 1	de absorb.ie în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în șesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă - 2 buc; 3) .erve.ele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) - 4 buc; 4) Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației - 1 buc; 5) Cear.af cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafa.a, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în șesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 6) Cear.af steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm), Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafa.a, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în șesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 7) Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2 - 1 buc; 8) Cateter de aspirație 12CH, minim 0,5m - 1 buc; 9) Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) - 1 buc; 10) Seringa 20ml, Luer lock - 3 buc; 11) Mânere sterile pentru lampa de operație - 2 buc; 12) Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2	
--	--	--	--	--	--	--

				buc; 13) Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm) - 10 buc; 14) Bisturiu jetabil N11 - 1 buc; 15) Bisturiu jetabil N22 - 1 buc; 16) Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime - 2 buc; 17) Bol gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic” - 1 buc; 18) Husă p/u C-arm 140cm (+/-2 cm) - 1 buc; 19) Husă microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 20) Forceps jetabil cu vârf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare - 1 buc;	cm), zona adeziva 30x20 cm, din poliuretan minim 25mcm grosime - 1 buc; 13) Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm) - 10 buc; 14) Bisturiu jetabil N11 - 1 buc; 15) Bisturiu jetabil N22 - 1 buc; 16) Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime - 2 buc; 17) Bol gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic” - 1 buc; 18) Husă p/u C-arm 140cm (+/-2 cm) - 1 buc; 19) Husă microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 20) Forceps jetabil cu vârf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare - 1 buc;	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com