

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21365139 din 14.02.2025 conform SIA RSAP / M-Tender
Obiectul de achiziție: Gaze de laborator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 5 Azot lichid - reîncărcare butelie client		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	reîncărcare butelie client (vas Diuar)	Azot în stare lichefiată, puritate \geq 99,99%. Cerințe tehnice conform GOST 9293-74 <i>Notă:</i> reîncărcare butelie client (vas Diuar).	GOST 9293-74 ISO 2435-73
Lot 6 Argon tehnic 99,98 %		MD	„ Trans lichid” S.R.L.	bucata=1 butelie a cite 6,1m ³ , puritate 99,98%	Argon (Ar) în stare gazificată în butelii de 40 litri . Puritate \geq 99,98%, presiunea - 150 bar. Cerințe tehnice conform GOST 10157-79	GOST 10157-79
Lot 9 Testarea buteliei		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	schimbarea ventilului	Testarea buteliei cu schimbarea ventilului	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tomșa Tatiana** În calitate de: **Directoare**

Ofertantul: **Î.C.S. TehGazGrup S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesager, 8, MD-2069**