

Grupului de lucru pentru

Licitația Publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1629372471464](#) din data de 01.10.2021

30.09.2021

Prin prezenta, compania „AcustMED” SRL, în baza invitației la **Licitația Publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1629372471464](#)** din data de 01.10.2021, în urma studierii și analizării aprofundate a Documentației Standart la această licitație, vine cu o precizare, și anume:

La pozițiile pentru copii – este cerut *”Posibilitatea de conectare a PA la sistemele în grup (FM) fără necesitate în dispozitive suplimentare. Notă: Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA.”*

Reișind din acestea, compania „AcustMED” SRL, unic distribuitor al companiei PHONAK în Republica Moldova, vine cu explicații.

1. Sistemele (FM) ale companiei PHONAK utilizate în cadrul instituțiilor specializate de copii de la noi din țară sunt compuse din transmițător și receptor. Transmițătorul transmite semnalul, iar Receptorul recepționează acest semnal și îl transmite către aparatul auditiv. Toate sistemele FM utilizate în cadrul instituțiilor specializate de copii de la noi din țară au fost distribuite de către compania „AcustMED” SRL, fiind unicul distribuitor din Republica Moldova al companiei PHONAK. Deci, putem spune cu certitudine că toate receptoarele din Republica Moldova sunt MyLink / MyLink+ și Roger MyLink. În fișa tehnică a receptoarelor este scris că ele sunt compatibile cu toate aparatele auditive și implante cohleare care dispun de bobină telefonică – **T-Coil**.

Deci, chiar dacă în fișa aparatelor auditive lipsește mențiunea de compatibilitate cu sistemul în grup (FM), ele pot fi conectate fără alte dispozitive suplimentare prin intermediul bobinei telefonice – T-Coil, care este montată în majoritatea aparatelor auditive. Iar, aparatele auditive **Mosaic P 20 E1 și Mosaic P 20 8C** propuse de către AcustMED, dispun de bobină telefonică – **T-Coil**. Deci, sunt compatibile cu sistemul FM. (*fișe tehnice FM și aparate auditiv anexate*).

Concluzionăm:

1. Este suficient să fie mențiunea în fișa tehnică despre prezența bobinei telefonice de inducție – **Telecoil** și nu este necesară o altă mențiune adăugătoare.
2. Totodată menționăm că deja de mai bine de 10 ani Sistemul FM din școlile specializate pentru copii hipoacuzici este conectat doar prin bobina telefonică, inclusiv și aparatele propuse de către Acustmed și care au fost distribuite copiilor în cadrul ultimei licitații.

Cu mult respect,

Administrator

Ludmila Chirtoacă

Roger MyLink

1.1 (02)

Technical Data

roger

Roger MyLink is a universal inductive neckloop receiver that brings industry-leading speech-in-noise performance to any person with hearing loss.

Simply connect Roger MyLink with a Roger wireless microphone. Roger MyLink is compatible with all hearing instruments and cochlear implants that feature a T-Coil, including ITE and micro sized BTEs.

Roger MyLink features

- Additional adaptive gain
- Effective stand-by mode
- Rechargeable built-in battery
- Over 10 hours operating time
- Headphone output
- Check to read device data via Roger inspiro
- Link quality measurement

What is Roger

Roger is the new digital standard that bridges the understanding gap, in noise and over distance, by wirelessly transmitting the speaker's voice directly to the listener.

Indicator light

- ① Battery almost exhausted
- ② Battery completely exhausted
- ③ Charging in progress
- ④ Charging completed
- ⑤ Volume control: minimum / maximum position
- ⑥ Volume control: middle position

Description

- ① On / off
- ② Volume control
- ③ Detachable side of the neckloop
- ④ Fixed side of the neckloop
- ⑤ Indicator light (LED)
- ⑥ Charging socket
- ⑦ Headphone socket (2.5 mm)

